

М. Генсyzова
18. 6. 19

Заличено на осн.
чл.36а, ал.3 от
ЗОП


Биосистеми ООД

www.biosystems.bg

бул. "Ботевградско шосе" № 247, офис сграда 1, гр. София 1517, тел.0884163814, office@biosystems.bg

Изх. № 21 / 14.06.2019г.

ДО: Ректор
Медицински университет – София
бул. Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15
гр. София
zor@mu-sofia.bg



Уважаеми г-н Ректор,

В отговор на Ваша покана с изх. № 2468 / 12.06.2019г. за пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на поръчка с предмет „Доставка на апаратура и специализирано оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009г., за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София, и Медицински университет – Пловдив, по 6 обособени позиции“, представяме предложението на Биосистеми ООД за обособена позиция № 5 с индикативни цени съгласно Приложение № 2 към поканата.

Приложение:

1. Предложение с индикативни цени по артикули и/или обособени позиции № 6443 / 140619 – 1бр.

14.06.2019г.
гр. София

Управител:
Мая Кичева

Заличено на осн.
чл.36а, ал.3 от
ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ ПО АРТИКУЛИ И/ИЛИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 6443 / 140619

Настоящото Предложение с индикативни цени е подадено от Биосистеми ООД/ посочва се наименованието на подалия предложението/ и подписано от Мая Кичева /две имена/ в качеството и на управител /длъжност/

номер	Наименование на ОП и артикули - подробно описание	брой	един.цена а лева	обща стойност без ДДС /лв./
ОП 5	Лабораторни центрофуги и принадлежности			
5.1.	Миницентрофуга с два ротора: Един ротор за 6 x 1.5/2.0 ml епруветки; Един ротор за 16 x 0.2 ml PCR епруветки или два стрипа от 8бр. x 0.2 ml за PCR; Скорост/ускорение: 2000 x g (за стандартен ротор) и 1100 x g (за стрип ротора) / 6000 rpm; Комплект адаптори за 6 x 0.5 ml епруветки; Уредът да може да се ползва при температура: 2°C до 40°C	2	1050.00	2100.00
5.2.	Фиксиран ротор с капак съвместим с центрофуга Епендорф 5430R със следните характеристики: Максимална скорост: 7.700 x g (7 800rpm); Капацитет: 6 x15/50 ml конични епруветки или 12 x вакумтейнера; Автоклавируем капак; Адаптори за 15 и 50 ml конични епруветки	1	1900.00	1900.00
5.3.	Летящ ротор за плаки, съвместим с центрофуга Епендорф 5430R: Капацитет на ротора: 2 броя плаки (микроплаки, 96-ямкови за PCR, дълбокодъдни плаки); Максимална скорост: 2 200 x g (4 600rpm); Капак на ротора; Адаптори за 96-ямкови PCR плаки	1	2140.00	2140.00
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5				6140.00

Дата: 14.06.2019г.

ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Мая Кичева
Подпис и печат[1]: _____

[1] Документът се подписва от законния представител, или от упълномощено лице.

Заличено на осн
чл.36а, ал.3 от
ЗОП /19
БИОСИСТЕМИ ООД
СОФИЯ