


М. Гечузова

18.6.19

Заличено на осн.
чл.36а, ал.3 от
ЗОП



До: Проф. д-р Виктор Златков, дм
Медицински Университет – гр. София
бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, София 1431

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

Във връзка с Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозна стойност на поръчка с предмет: “Доставка на апаратура и специализирано оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009 , за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински университет – София и Медицински университет – Пловдив, по 6 обособени позиции, прилагаме попълнено Приложение №2

Гр. София
17.06.2019 г.

Заличено на осн.
чл.36а, ал.3 от
ЗОП
С уважение: Инж. Тодор Тодоров
/Сервизен Мениджър /

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ ПО АРТИКУЛИ И/ИЛИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Настоящото Предложение с индикативни цени е подадено от Елта 90М ООД/ посочва се наименованието на подалия предложението/
и подписано от Теодор Замфиров/две имена/ в качеството му на Управител /длъжност/

ОП 2	Дюаров съд и системи за контрол и поддръжка на температурата на фризерите за дълбоко замразяване		
2.1.	Дюаров съд с течен капацитет минимум 5 и максимум 6.5 L. Гаранция на вакуума - 5 години. Диаметър на отвора минимум 50 mm. Динамично време за съхранение на проби - минимум 23 дни. Скорост на изпарение дневно – максимум 0.13 L. Минимален капацитет за 2 ml крио епруветки – 80 бр. Минимален капацитет за 5 ml крио епруветки – 40 бр. В комплект с вертикални стативи за поставяне на криоепруветки и два броя канистри от неръждаема стомана за поставяне на вертикалните стативи. Възможност за заключване на дюаровия съд.	3	2 220,00 6 660,00
2.2.	Back up система за аварийно поддържане на температурата с CO2 с включена бутилка за CO2.	1	4 100,00 4 100,00
2.3.	Система за мониторинг и визуализация на данните (таблично и графично), включваща компютър и възможност за известяване чрез SMS, при отклонение на наблюдаваните параметри. Към системата може да се поставят неограничен брой записващи устройства и да се наблюдават различни апарати едновременно.	4	2 400,00 9 600,00
2.4.	Система за температурен контрол- записващо устройство комплект с две широко-обхватни сонди с температурен обхват: -200 до +400°C. Комплектът съдържа: записващо устройство, два извода за сонди и два броя сонди; подходящо за апарати, които се намират един до друг и не се налага разместване.	5	1 000,00 5 000,00
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2			25 360,00

Дата: 17.06.2019

[1] Документът се подписва от законния представител, или от упълномощено лице.

ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Теодор Замфиров
Подпис и печат [1]

Заличено на осн.
чл.36а, ал.3 от
ЗОП