

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Medical University - Sofia

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Medical Faculty – Dean's Office



София, Бул. "Св. Георги Софийски" 1
1 "St. G. Sofiysky" blvd., Sofia

тел. (2) 9521046; факс (2)9520337
tel. +359(2)9521046; fax +359(2)9520337

ПРОТОКОЛ

№ 4

Днес, **06.01.2015 г.** в Медицински факултет - Деканат, в изпълнение на Заповед № РК 36-1274/28.07.2014 г. и удължена със Заповед № РК 36-2856/11.12.2014 г. на Ректора на Медицински Университет - София, чл. кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн се събра Комисия в състав:

Председател: адв. Албена Витанова Фурнаджиева – правоспособен юрист
и

членове:

1. д-р Живко Колев Сурчев – Ръководител на отдел „Административен“
2. Ани Иванова Илиева – Ръководител на сектор „Обществени поръчки и снабдяване“ в Медицински факултет - Деканат
3. доц. д-р Юлия Йорданова Петрова – Катедра по „Неврология“
4. Никола Емилов Василев – външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП

със задача: да продължи процедурата от етап разглеждане на техническото предложение по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“ на „Илан Медицинска апаратура“ ООД с оферта вх. № 3/25.07.2014 г. при съобразяване с мотивите изложени в **Решение № 1458/20.11.2014 г.** на Комисията за защита на конкуренцията по **преписка № КЗК-1123/17.10.2014 г.**, с което се **отменя** като незаконосъобразно **Решение № РК 36-1957/02.10.2014 г.** на Ректора на МУ-София в частта му по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“.

Комисията разгледа плик № 2 на „Илан Медицинска апаратура“ ООД с оферта вх. № 3/25.07.2014 г. по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“.

Съгласно тръжните условия пликът трябва да съдържа следните документи:

1. Техническо предложение /по образец № 9/ - оригинал;

2. Таблица за техническо съответствие на предлаганата апаратура (по образец Приложение № 16.1÷16.30) - оригинал;

3. Декларация от производителя на медицинската апаратура, съдържаща информация за съответствието на техническите параметри на предлаганата апаратура с параметрите от техническата спецификация – оригинал;

4. Декларация /свободен текст/, че предлаганата апаратура отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация /Приложение № 17.1÷17.30/ на Възложителя - оригинал;

5. Декларация /свободен текст/ от производителя, че предлаганата апаратура е нова, произведена след 01.01.2013 г. – в оригинал и превод на български език;

6. Декларация за представяне на Ръководство за експлоатация на апаратурата на български език, ако участника бъде определен за изпълнител /свободен текст/- оригинал;

7. Декларация /свободен текст/ за осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран от производителя сервиз на участника при максимално време на реакция 24 часа и максимално време за отстраняване на повредата 120 часа – оригинал.

Комисията установи наличие на следните документи в плик № 2 по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“:

1. Техническо предложение /по образец № 9/ - оригинал;

2. Таблица за техническо съответствие на предлаганата апаратура (по образец Приложение № 16.15) - оригинал;

3. Декларация от производителя на медицинската апаратура, съдържаща информация за съответствието на техническите параметри на предлаганата апаратура с параметрите от техническата спецификация – *нотариално заверено копие* и превод на български език;

4. Декларация /свободен текст/, че предлаганата апаратура отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация /Приложение № 17.15/ на Възложителя - оригинал;

5. Декларация /свободен текст/ от производителя, че предлаганата апаратура е нова, произведена след 01.01.2013 г. – *нотариално заверено копие* и превод на български език;

6. Декларация за представяне на Ръководство за експлоатация на апаратурата на български език, ако участника бъде определен за изпълнител /свободен текст/- оригинал;

7. Декларация /свободен текст/ за осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран от производителя сервиз на участника при максимално време на реакция 24 часа и максимално време за отстраняване на повредата 120 часа – оригинал.

При съобразяване с мотивите изложени в Решение № 1458/20.11.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията, Плик № 2 на участника „Илан

Медицинска апаратура“ ООД съдържа всички изискуеми документи съответстващи на тръжните условия.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите характеристики на апаратурата, предлагана от участника. Данните, касаещи оферирания ехографски апарат се съдържат, както в Таблицата за техническо съответствие на предлаганата апаратура по обособена позиция № 15, така и в депозирания от участника каталог на производителя. След проверка на заявените от участника данни в каталога на производителя и таблицата за съответствие, комисията установи, че предлаганият от фирма „Илан Медицински апаратура“ ООД ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“ по обособена позиция № 15 не отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация /Приложение № 17.15/.

Участникът е предложил ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“ на производителя Esaote, Италия. Съгласно техническата спецификация, към тръжната документация и обективирания минимални технически изисквания към предлаганата апаратура, в т. 1.10 е заложено, че за изследване на мускулно-скелетни структури и екстракарниални и периферни съдове ехографът следва да е окомплектован с линеарен трансдюсер с минимален честотен диапазон от 2-3 до 18-24 MHz.

Въпреки потвърждението на участника за съответствие на техническата спецификация с предлаганите от него технически характеристики на апаратурата, обективирани в Таблица за техническо съответствие на предлаганата апаратура по Обособена позиция № 15, както и в представените декларации към офертата, след проверка на заявените данни се установи следното:

Предложеният от участника ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“ е окомплектован с два броя линеарни трансдюсери, вместо с търсения един брой линеарен трансдюсер.

Също така във влязлата в сила тръжна документация е заложено, че посочения един трансдюсер, задължително трябва да бъде с минимален честотен диапазон от 2-3 до 18-24 Mhz. В случая участникът предлага 2 трансдюсера, единият с честотен диапазон от 3 до 13 Mhz, и втори с честотен диапазон от 15 до 22 Mhz.

Офертата на участника е в противоречие с тръжните изисквания, доколкото предложените трансдюсери не покриват диапазона от 13.1 MHz до 14.9 MHz и не отговарят на изискванията на тръжната документация.

Комисията не допуска участника до следващият етап от процедурата – отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“, тъй като предложеният апарат не отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация /Приложение № 17.15/.

Комисията предлага:

1. Оферта с вх. № 3/25.07.2014 г. на „Илан Медицинска апаратура“ ООД за участие по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за

диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“ да бъде отстранена от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

2. Комисията предлага на Възложителя да издаде решение на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“ поради това, че единствената подадена оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията приключи своята работа в определения от Възложителя срок, съгласно Заповед № РК 36-1274/28.07.2014 г. и удължена със Заповед № РК 36-2856/11.12.2014 г. на Ректора на МУ-София. Настоящият протокол се състави и подписа на 07.01.2015 г. в два еднообразни екземпляра. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав, както следва:

Председател: адв. Албена Фурнаджиева

Членове:

1. д-р Живко Сурнев
2. Ани Илиева
3. доц. д-р Юлия Петрова
4. Никола Василев

На основание на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, протокол № 1 и протокол № 4 от работата на Комисията ведно с цялата документация се предават на Възложителя за осъществяване на правомощията му по смисъла на чл. 36а от ЗОП и за вземане на решение по чл. 73 от ЗОП.

Дата на получаване: 12.01.2015 г.

Получил:

РЕКТОР: чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Дата на приемане на протоколите с констатациите на

Комисията: 13.01.2015 г.

Приел:

РЕКТОР: чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн