

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, открита с Решение № РК 36-266/24.02.2015г. на Ректора на МУ-София с предмет: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 49 обособени позиции”

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване за открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

### **ВЪПРОС 1 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 32. СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА СЪС СТЕПЕН НА ЧИСТОТА „ТИП 1“ И „ТИП 2“, СЪГЛАСНО ISO 3696:**

Бихте ли допуснали към системата вместо „интегриран вътрешен“ външен резервоар за вода „Тип2“ с капацитет по-голям от 25 л. с контролиране на нивото, тъй като само една фирма предлага системи с толкова големи вътрешни резервоари?

#### **ОТГОВОР:**

Възложителя би допуснал към системата да се интегрира външен резервоар за вода „Тип2“ с капацитет по-голям от 25 л. с контролиране на нивото, като еквивалентен или по-добър.

### **ВЪПРОС 2 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 36. ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНА ВЕЗНА:**

Бихте ли допуснали влагоанализаторна везна с инфрачервен нагревател със същата мощност 200-500W или по-голяма, но от друг съвременен бърз тип – например кварцов или метализиран?

#### **ОТГОВОР:**

Възложителя би допуснал влагоанализаторна везна с инфрачервен нагревател с мощност 200-500W или по-голяма от друг съвременен бърз тип (кварцов или метализиран) като еквивалентен или по-добър.

РЕКТОР:

/чл.кор.проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

