

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, открита с Решение РК 36-266/24.02.2015г. на Ректора на МУ-София с предмет: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет- София по 49 обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване за открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл.29 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС : ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 31 Автоматичен цифров поляриметър:

Цитираните в техническата спецификация:

Точност: +/- 0.0003°

Повтаряемост: +/- 0.0002°

Трябва ли да се разбират като изискване в целия обхват на измерване: +/- 89.9 ° ?

ОТГОВОР :

Възложителя не е поставил като изрично условие цитираните параметри да са валидни за целия обхват на инструмента. Възложителят би приел като еквивалентни апарати, които покриват точност: $\pm 0.0003^\circ$ и повтаряемост: $\pm 0.0002^\circ$ в обхвата на високата разделителна способност (0.0001°) или в обхват от -1° до $+1^\circ$. Апарати покриващи точност: $\pm 0.0003^\circ$ или по-добра и повтаряемост: $\pm 0.0002^\circ$ или по-добра в обхват надхвърлящ $\pm 1^\circ$ ще се приемат като по-добри.

РЕКТОР :

/чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

