

## МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - РЕКТОРАТ

### РЕШЕНИЕ

№ РК 36-3120...../.....30.11.....2015год.

за класиране на участниците и определяне на изпълнители по отделните обособени позиции

На основание чл.73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки, протокол № 1 от 09.07.2015г., протокол № 2 от 27.10.2015г. и протокол № 3 от 24.11.2015г. на комисия, назначена със заповед № РК 36 - 595 от 07.04.2015г., удължена със заповед РК 36-2247 от 07.10.2015г. на Ректора на Медицински Университет - София, за отваряне, разглеждане, и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 49 обособени позиции”, открита с Решение № РК-36-266 от 24.02.2015 г. на Ректора на Медицински Университет - София и обявление с изх. № 1047/24.02.2015 г., вписана в регистъра на АОП под уникален № 00398-2015-0001.

### О Б Я В Я В А М :

**Оферти за участие в процедурата са подали следните фирми по обособени позиции, както следва:**

- 1.вх.№1/31.03.2015г. - "САРТОРИУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, участва за обособени позиции номера 4, 15 и 16;
- 2.вх.№2/02.04.2015г. - "АТАРК" ЕООД, участва за обособени позиции номера 4, 15, 16 и 36;
- 3.вх.№3/03.04.2015г. - "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД, участва за обособена позиция номер 13;
- 4.вх.№4/03.04.2015г. - "АНДРОМЕДА" ООД, участва за обособени позиции номера 3, 26 и 27;
- 5.вх.№5/06.04.2015г. - "ЛАБТЕХ" ЕООД, участва за обособени позиции номера 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 и 40;
- 6.вх.№6/06.04.2015г. - "ЕЛТА 90 М" ООД, участва за обособени позиции номера 4; 7, 8, 11, 16, 18, 32, 36, 46, 48 и 49;
- 7.вх.№7/06.04.2015г. - "ФОРЛАБ" ЕООД, участва за обособени позиции номера 4, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 30, 33 и 36;
- 8.вх.№8/06.04.2015г.- ЕТ "БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ", участва за обособени позиции номера 12 и 13;
- 9.вх.№9/06.04.2015г.- "КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС" ЕООД, участва за обособени позиции номера 21 и 37;
- 10.вх.№10/06.04.2015г. - "ЛАБКО" ЕООД, участва за обособени позиции номера 5, 10, 15, 16, 18, 23, 29, 30, 35, 42, 43 и 44;
- 11.вх.№11/06.04.2015г. - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД, участва за обособени позиции

номера 7, 16, 18, 29, 35, 36, 42, 43, 44 и 46;  
12.вх.№12/06.04.2015г. - "МТИ" ООД, участва за обособени позиции номера 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 43 и 44;  
13.вх.№13/06.04.2015г. - "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД, участва за обособени позиции номера 4, 11, 14, 16, 36 и 42;  
14.вх.№14/06.04.2015г. - "ДАНС ФАРМА" ЕООД, участва за обособени позиции номера 3, 8, 10, 14, 18, 26 и 29;  
15.вх.№15/06.04.2015г. - "ЛАБОРБИО" ООД, участва за обособени позиции номера 3, 4, 7, 16, 19, 26 и 27;  
16.вх.№16/06.04.2015г. - "АСМ2" ЕООД, участва за обособени позиции номера 20, 21, 37 и 45;  
17.вх.№17/06.04.2015г. - "БИОПЛАСТ" ЕООД, участва за обособени позиции номера 7, 8, 10, 11, 16, 18, 30, 35 и 36;  
18.вх.№18/06.04.2015г. - "РИДАКОМ" ЕООД, участва за обособени позиции номера 7 и 27;  
19.вх.№19/06.04.2015г. - "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД, участва за обособени позиции номера 22, 23, 24, 25, 31 и 34;  
20.вх.№20/06.04.2015г. - "ЛАБИМЕКС" ООД, участва за обособени позиции номера 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43 и 44;  
21.вх.№21/06.04.2015г. - "ФОТ" ООД, участва за обособени позиции номера 4, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 36, 37, 42 и 44;  
22.вх.№22/06.04.2015г. - "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД, участва за обособени позиции номера 2, 8, 14, 16, 19, 26, 36, 37, 46, 47 и 49;

#### Отстранени участници:

##### 1. "САРТОРИУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

По обособена позиция № 4-Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособена позиция № 4 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя и участникът сам го е декларирал в Таблица за техническо съответствие (образец 2а). Участникът е оферирал аналитична везна с възпроизводимост 0,05mg/0,1mg и линейност  $\pm 0,1mg/0,2mg$  при изисквани в спецификацията възпроизводимост 0,02mg/0,1mg и линейност  $\pm 0,03mg/0,2mg$ .

##### 2. "АТАРК" ЕООД

По обособена позиция № 4-Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособена позиция № 4 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя и участникът сам го е декларирал в Таблица за техническо съответствие (образец 2а). Участникът е оферирал аналитична везна с линейност 0,05mg/0,2mg при изисквана линейност  $\pm 0,03mg/0,2mg$ .

##### 3. "АНДРОМЕДА" ООД

По обособена позиция № 27 - Цифров бинокулярен микроскоп се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособена позиция № 27 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя:

Несъответствията се свеждат до следното:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Обективи: Плоско-ахроматични (plan achromatic) 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 100x (1.25) (маслено-имерсионен)	Ахроматични обективи
Окуляри: WF10X/20mm	Окуляри: WF10X/18mm
Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 160×142mm, област на придвижване по X и Y 76×52mm, допустими разлики в зададените интервали ±5%;	Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 125/116mm, област на придвижване по X и Y 76/30mm
Област на изображението върху сензора: 6.59 mm × 4.90 mm;	4,51 mm x 3.38 mm
Разделителна способност и кадрова честота: 6 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 15 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 20 кадъра/секунда при 1024 × 768 пиксела;	Разделителна способност и кадрова честота: 4 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 8 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 30 кадъра/секунда при 640 × 480 пиксела
Отношение сигнал/шум: ≥52 dB	Отношение сигнал/шум: 40 dB

#### **4. "ЛАБТЕХ" ЕООД**

По обособени позиции №№ 4-Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg; 8-Настолна центрофуга; 23-Ротационен вакуум изпарител модел с вертикален хладник и приставка към него за едновременно изпаряване на 5 проби; 24-Мембранни, химически устойчиви вакуум помпи с контролер; 26-Монокулярен микроскоп; 29-Орбитална клатачна машина; 33- Микроцентрофуга и 35-Електромеханични бъркалки със статив, муфа и пропелер се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 4,8,23,24,26,29,33 и 35 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция № 4 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал аналитична везна с линейност ±0,05mg/0,2mg при изисквана линейност ±0,03mg/0,2mg.

По обособена позиция № 8 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал настолна центрофуга модел MPW-251, като в Таблица за техническо съответствие (образец 2а) е декларирал пълно съответствие с изискванията на Възложителя. При проверка на интернет страницата на производителя е установено, че при ъглов ротор 12x15ml максималната скорост е 5500 об./мин, вместо исканите 6000 об./мин и макс. RCF е 4058xg, вместо RCF 4185xg.

По обособена позиция № 23 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал ротационен вакуум изпарител модел RV 10 digital V с обем на изпарителната колба 50-3000 ml, вместо обем от 50-4000 ml, каквото е изискването на Възложителя.

По обособена позиция № 24 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
<p>Спецификация на вакуум помпата:  Най-висок вакуум (с газов баласт):24 mbar;  Вакуумни конектори на винт: тип GL 14;  Спецификация на вакуум-контролера:  Диапазон на измерване: 1400 - 0 mbar (hPa),  1050 - 1 Torr;  Принцип на измерване: Кондензаторен,  измерването на абсолютното налягане да не  зависи от типа на газа (парите);  Точност на измерване: <math>\pm 2\text{mbar}</math> (<math>\pm 1</math> цифра)  след калибриране при постоянна температура;  Вакуумни конектори на винт: тип GL 14;  Термичен отговор 0.07 mbar/K;</p>	<p>Спецификация на вакуум помпата:  Най-висок вакуум (Hg): 29,7 mm/Hg;  Вакуумни конектори на винт с щуцер  за свързване с маркуч DN8;  Спецификация на вакуум-контролера:  Диапазон на измерване: 1 - 1100 mbar;  Принцип на измерване: Керамичен  сензор;  Точност на измерване: <math>\pm 3\text{mbar}</math>  след калибриране при постоянна  температура  Вакуумни конектори на винт с щуцер  за свързване с маркуч DN8;  Термичен отговор: -</p>

По обособена позиция № 26 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
<p>Окуляр: WF10X/18mm  Обективи: Ахроматични (achromatic)  4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 60x  (0.85);  Работна масичка: Двуслойна с  механични приплъзващи елементи,  размери 125×116mm, област на  придвижване по X и Y 76×30mm,  допустими разлики в зададените  интервали <math>\pm 5\%</math>;  Осветление: LED с регулиране на  интензитета.</p>	<p>Окуляр: WF10X/16mm  Обективи: Ахроматични (achromatic)  4x (0.10), 10x (0.25), 40x 0.65), 60x  (0.65);  Работна масичка: Двуслойна с  механични приплъзващи елементи,  размери 120×120mm, област на  придвижване по X и Y 60×30mm;  Осветление: Халогенна лампа  6V/15W/G4</p>

По обособена позиция № 29 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Задаване на времетраене на операцията с таймер от 1 min. до 99 часа;	Задаване на времетраене на операцията с таймер от 1 min до 60 min или непрекъснат режим;

По обособена позиция № 33 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral уред с таймер от 15 sec до 99 min 45 sec (стъпката е 15 sec), а изискването на Възложителя е от 1 sec до 99 min.

По обособена позиция № 35 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral уред с патронник  $1 \div 10$  mm, а изискването на Възложителя е за патронник  $0,5 \div 10$  mm.

### **5. "ЕЛТА 90 М" ООД**

По обособени позиции №№ 4 - Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg и 7 - Дълбокозамразяващ фризер (-86°C) се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

По обособена позиция № 46 – Модул разпръсквателна сушилня (Spray dryer unit), съвместим със съществуващ контролен модул Excel Control се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 4, 7 и 46 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 4 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участника сам го е декларирал в таблицата за техническо съответствие (образец 2а). Участникът е oferiral аналитична везна с линейност  $\pm 0,05\text{mg}/0,2\text{mg}$  при изисквана линейност  $\pm 0,03\text{mg}/0,2\text{mg}$ .

По обособена позиция 7 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral модел Panasonic, KM-DU300H-PE. В таблицата за съответствие е oferiran модел KM-DU300H-PE, но е предоставена брошура за модел MDF-DU300H-PE. Комисията не е намерила информация в Интернет страницата на производителя за модел KM-DU300H-PE.

По обособена позиция 46 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Не е представено доказателство, че участника е оторизиран от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, за извършване на сервиз на доставената апаратура /оборудване/.

### **6. "ФОРЛАБ" ЕООД**

По всички обособени позиции, за които участва №№ 4 Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg; 8-Настолна центрофуга; 9- Професионален настолен рН-метър; 14-Цифров портативен рН-метър; 15-Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност до 0.1 mg; 16-Аналитична везна с външна калибровка и точност до 0.1 mg; 18-Термостатираща водна баня с капак; 30-Термостатна водна баня; 33-Микроцентрофуга и 36-Влагоанализаторна везна се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1 т.1 и т.3 от ЗОП.

#### **Мотивите за отстраняване:**

Участникът не е представил в законоустановения срок допълнение на плик № 1 «Документи за подбор», при наличие на установени от комисията и подробно отразени в протокол № 1 липси на документи и несъответствия с изискванията на Възложителя по всички обособени позиции, за които участва.

#### **7. "КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС" ЕООД**

По обособени позиции №№ 21 - Високо ефективен течен хроматограф и 37 - Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 21 и 37 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 21 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral модел Shimadzu, Nexera-I LC-2040C 3D (кат. № помпа 228-45266-58, кат. № аутосемплер 228-56074, кат. № детектор 228-57110-41, кат. № софтуер 223-07726-92S1). Комисията е установила разлики в спецификациите на offerирания модел, дадени в приложените каталози/брошури и тези достъпни в Интернет. За показателя „Максимално работно налягане в целия обхват от скорости на подвижната фаза: не по-малко от 600 bar “ на помпения модул, комисията е установила, че offerирания модел поддържа следните максимални налягания: 660 bar (при потоци от 0.0001 до 3 mL/min), 440 bar (при потоци от 3.0001 до 5 mL/min), 220 bar (при потоци от 5.0001 до 10 mL/min). В този случай изискването за поддръжка на максимално работно налягане не по-малко от 600 bar при потоци от 0.0001 до 10 mL/min не е изпълнено и offerирания модул не съответства на изискването. За показателя „Инжектиран обем: в диапазона 0.1 – 100 µl“ на автоматичния инжектор, комисията е установила, че по спецификации offerирания модел по подразбиране поддържа обем на инжектиране в диапазона 0.1-50 µl. Offerираният модел опционално може да поддържа обем на инжектиране в диапазона 0.1-100 µl, но участника не е упоменал изрично, че тази опция е включена в offerтата. За показателя „стабилност на температурата: ±0.15°C или по-добра“ при колонния термостат, комисията е установила, че offerираният модул поддържа ±0.8°C, което е по-лош показател от заложения в техническото задание. Отново при термостата за колони изискването да се поддържат най-малко 6 броя колони с дължина 300 mm не е спазено. В този случай offerираният модел поддържа 3 броя колони с упомената по-горе дължина. При модула „UV/VIS Детектор на диодна матрица (PDA)“ изискването е наличие на „деутериева и волфрамова лампа с температурен контрол“, но в спецификациите на производителя е указано, че стандартно модула се доставя само с инсталирана деутериева лампа, а волфрамовата лампа е опционална. В този случай отново участника не е упоменал изрично, че тази опция е включена в offerтата. Също така, информация за наличието на температурен контрол на двете лампи не може да се намери никъде в предоставените брошури и наличните в Интернет такива.

По обособена позиция №37 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral модел Shimadzu, UV2600 (кат. № 206-27600-59). Комисията е установила разлики в спецификациите на offerирания модел, дадени в приложените каталози/брошури и тези достъпни в Интернет. Вълновият обхват на offerирания модел стандартно е в диапазона 185-900 nm, но чрез инсталиране на „ISR-2600Plus Integrating Sphere Attachment“ може да се промени до диапазона 220-1400 nm. И в двата случая не може да се покрие изискването на Възложителя дълговълновият обхват да е в диапазона 190-1100nm. В техническите спецификации е заложено параметъра „широчина

на спектралната ивица“ да поддържа следните стойности: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 4.0 nm, но при offerирания модел липсва поддръжка на широчина на спектралната ивица 1.5 nm.

#### **8. "ЛАБКО" ЕООД**

По обособени позиции №№ 5 - ECL имиджър (система за документация на блотове и гелни плаки) и 23 - Ротационен вакуум изпарител модел с вертикален хладник и приставка към него за едновременно изпаряване на 5 проби се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 5 и 23 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 5 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Лещи: 50mm, f/0.95;	Лещи: 38mm, f/0.90;
Зрително поле: 15.0cm×15.0cm;	Зрително поле: 16.0cm×12.0cm;

По обособена позиция 23 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е offerирал ротационен вакуум изпарител модел RV 10 digital V с обем на изпарителната колба 50-3000 ml, вместо обем от 50-4000 ml, каквото е изискването на Възложителя.

#### **9. "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД**

По обособени позиции №№ 18-Термостатираща водна баня с капак; 36-Влагоанализаторна везна; 42-Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000 µL и ежектор; 43-Автоматична микропипета с променлив обем 500-5000 µL и ежектор и 44-Автоматична микропипета с променлив обем 1-10 mL и ежектор се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 18, 36, 42, 43 и 44 **НЕ** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 18 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Предложеният уред е с температурен сензор Fe-const., докато изискването на Възложителя е температурен сензор PT100.

По обособена позиция 36 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е декларирал, че отговаря, но има несъответствие по следните параметри:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Възпроизвеждане при нетно тегло 2 g 0.5%	0,005гр./0,05% (проба 10гр.)
Възпроизвеждане при нетно тегло 10 g 0.02%	10g sample 0,05%

Загуба на тегло g по абсолютна стойност в g	да
Критерии за автоматично изключване-до достигане на постоянна маса за единица време; до достигане на зададеното време	Ръчно изключване, По време, Автоматично, по време/автоматично

По обособена позиция 42 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и сам го е декларирал в Таблица за техническо съответствие (образец 2а).

По обособена позиция 43 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и сам го е декларирал в Таблица за техническо съответствие (образец 2а).

По обособена позиция 44 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и сам го е декларирал в Таблица за техническо съответствие (образец 2а).

### **10. "МТИ" ООД**

По обособени позиции №№ 18-Термостатираща водна баня с капак; 26-Монокулярен микроскоп; 27-Цифров бинокулярен микроскоп; 37-Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея; 42-Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000  $\mu\text{L}$  и ежектор и 44-Автоматична микропипета с променлив обем 1-10 mL и ежектор се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 18, 26, 27, 37, 42 и 44 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 18 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferирал модел AdvantageLab, AL 05-08-230, за който не е упоменат типа на температурния сензор. Oferираният модел притежава таймер, който може да стартира водната баня в рамките на 24 часа, но изискването на Възложителя е наличието на таймер, който да може да изключи апарата от 1 мин до 99.59 часа от стартирането ѝ.

По обособена позиция 26 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Предложеният монокулярен микроскоп е с ахроматичен обектив 100x(1,25) и работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 135×135mm, област на придвижване по X и Y 78×36mm, докато изискването на Възложителя е ахроматичен обектив 60x(0,85) и работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 125×116mm, област на придвижване по X и Y 76×30mm, допустими разлики в зададените интервали  $\pm 5\%$ .

По обособена позиция 27 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Предложеният цифров бинокулярен микроскоп е с Разделителна способност и кадрова честота: 45 кадъра/секунда при 1256×720 пиксела и 20 кадъра/секунда при 1920×1080 пиксела, докато изискването на Възложителя е Разделителна способност и кадрова честота: 6 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 15 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 20 кадъра/секунда при 1024 × 768 пиксела. Липсва информация за чувствителност, отношение на сигнал шум, динамичен обхват.

По обособена позиция 37 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Oferираният модел Biochrom, Libra S80PC не поддържа широчина на спектралната ивица от 1.5 nm, каквото е изискването на Възложителя.



По обособена позиция 42 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираният модел Ohaus, Across Pro Pipettes AO-1000 поддържа стъпка от 2  $\mu$ l, а се изисква 1  $\mu$ l.

По обособена позиция 44 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираният модел Ohaus, Across Pro Pipettes AO-10ml е с грешка 0,6-5 %, а се изисква да е в границите на 0,6-3 %.

#### **11. "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД**

По обособени позиции №№ 4-Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01mg и 42-Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000  $\mu$ L и ежектор се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 4 и 42 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 4 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral аналитична везна с линейност 0,05mg/0,2mg, докато изискването на Възложителя е линейност  $\pm 0,03$ mg/0,2mg.

По обособена позиция 42 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираният модел Thermo Fisher Scientific, Finnpiquette F3, Cat. # 4640060 не може да се автоклавира без демонтаж. Автоклавируеми са само точно определени части.

#### **12. "ДАНС ФАРМА" ЕООД**

По обособени позиции №№ 8- Настолна центрофуга и 29- Орбитална клатачна машина се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 8 и 29 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 8 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral настолна центрофуга модел MPW-251 с максималната скорост 5500 об./мин, вместо исканите 6000 об./мин и макс. RCF 4058xg, вместо RCF 4185xg.

По обособена позиция 29 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral орбитална клатачна машина GFL 3019, като е отбелязал, че отговаря на изискванията на Възложителя. В действителност параметърът й Задаване на времетраене на операцията с таймер е от 1 min до 60 min или непрекъснат режим, докато изискването на Възложителя е Задаване на времетраене на операцията с таймер от 1 min до 99 часа.

#### **13. "ЛАБОРБИО" ООД**

По обособени позиции №№ 3- Цифрова камера за дооборудване на микроскоп Optika модел XDS-2 +M; 4- Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg и 27- Цифров бинокулярен микроскоп се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 3, 4 и 27 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 3 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът оферира, че уредът отговаря по всички показатели, но в онлайн проспекта липсват данни за Площ на изображението: 5.70 mm×4.28 mm, Оптичен формат: 1/2" и Изходящи данни (некомпресирано видео): 3×8 bit. Иска се Аналогово-цифров преобразувател (ADC): 10 bit, а предложената камера е с Аналогово-цифров преобразувател (ADC): 8 bit.

По обособена позиция 4 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал аналитична везна с линейност 0,05mg/0,2mg, докато изискването на Възложителя е линейност ±0,03mg/0,2mg.

По обособена позиция 27 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Обективи: Плоско-ахроматични (plan achromatic) 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 100x (1.25) (маслено-имерсионен)	Ахроматични обективи
Окуляри: WF10X/20mm	Окуляри: WF10X/18mm
Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 160×142mm, област на придвижване по X и Y 76×52mm, допустими разлики в зададените интервали ±5%;	Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 125/116mm, област на придвижване по X и Y 76/30mm
Област на изображението върху сензора: 6.59 mm × 4.90 mm;	4,51 mm x 3.38 mm
Разделителна способност и кадрова честота: 6 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 15 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 20 кадъра/секунда при 1024 × 768 пиксела;	Разделителна способност и кадрова честота: 4 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 8 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 30 кадъра/секунда при 640 × 480 пиксела
Отношение сигнал/шум: ≥52 dB	Отношение сигнал/шум: 40 dB

#### **14. "БИОПЛАСТ" ЕООД**

По обособени позиции №№ 7-Дълбокозамразяващ фризер(-86°C); 8-Настолна центрофуга; 10-Бъркалка електромагнитна с едно гнездо; 11- Вортекс; 16-Аналитична везна с външна калибровка и точност до 0.1 mg; 18-Термостатираща водна баня с капак; 30- Термостатна водна баня; 35-Електромеханични бъркалки със статив, муфа и пропелер и 36-Влагоанализаторна везна се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 7, 8, 10, 11, 16, 18, 30, 35 и 36 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

За обособена позиция 7

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 7

не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представен е договор от 21.02.2015г. между Възложителя "БИОПЛАСТ" ЕООД и Изпълнителя „МИГ-33“ЕООД с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Участникът не е представил доказателство, че е производител или че е оторизиран за доставка и сервиз от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната.

#### За обособена позиция 8

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 8 не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представена е Декларация от управителя на участника, че „Биопласт“ ЕООД има сервизна база, оторизирана от производителя и че като доказателство са приложени следните документи:

- оторизационно писмо от MPW med.instruments придружено с превод на български език, с което оторизират участника за доставка и сервиз със срок на валидност до 31.12.2016г.

- договор от 21.02.2015г. между Възложителя "БИОПЛАСТ" ЕООД и Изпълнителя „МИГ-33“ЕООД с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

В същата декларация са посочени още две приложения към нея, които не са представени, а именно: Договор № 2408/22.01.2013 г с Тера Байт-БГ ЕООД и Граждански договор за поддръжка и ремонт на лабораторна апаратура с инж. Георги Иванов

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 10

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 10 не отговарят на изискванията на Възложителя:

В приложените документи за обособена позиция 11 е представено оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Dragon Laboratory Instruments Limited че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложена 1-ва страница от договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 11

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 11 не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представено е оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Dragon Laboratory Instruments Limited че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложен договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 16

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 16 не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представено е оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Biobase Biodustry (Shandong) Co.Ltd че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложена I-ва страница от договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Представена е декларация за съответствие без превод на български език, а такъв се изисква съгласно документацията за участие.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 18

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 18 не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представено е оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Biobase Biodustry (Shandong) Co.Ltd че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложена I-ва страница от договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт

на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Представена е декларация за съответствие без превод на български език, а такъв се изисква съгласно документацията за участие.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 30

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 30 не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представено е оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Biobase Biodustry (Shandong) Co.Ltd че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложена I-ва страница от договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Представена е декларация за съответствие без превод на български език, а такъв се изисква съгласно документацията за участие.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 35

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 35 не отговарят на изискванията на Възложителя:

Представено е оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Dragon Laboratory Instruments Limited, че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложена I-ва страница от договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### За обособена позиция 36

След разглеждане на представеното от участника допълнение към плик №1 «Документи за подбор» е установено, че представените документи по обособена позиция 36 не отговарят

на изискванията на Възложителя:

Представено е оторизационно писмо от 14.07.2015г. от Dragon Laboratory Instruments Limited, че оторизират „БИОПЛАСТ“ ЕООД за доставка и сервиз с превод на български език. В същото писмо оторизират „МИГ-33“ ЕООД (партньор на „Биопласт“ ЕООД) да инсталира, пуска в експлоатация и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване.

Представена е декларация от участника, че „БИОПЛАСТ“ ЕООД има сервизен договор с „МИГ-33“ ЕООД, с приложена I-ва страница от договора между тях с предмет: „Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигурява сервизно обслужване и ремонт на лабораторни и фармацевтични апарати, собственост на Възложителя“. Възложител по договора е „БИОПЛАСТ“ ЕООД от което следва, че договора е само за сервизно поддържане на апарати собственост на „БИОПЛАСТ“ ЕООД и не се отнася за трети лица, на които участникът е доставчик.

Представена е декларация за съответствие на производителя Viobase. без превод на български език, а такъв се изисква съгласно документацията за участие.

Не е представен коректен списък на документите и информацията съдържащи се в офертата.

#### **15. "РИДАКОМ" ЕООД**

По обособена позиция № 27 - Цифров бинокулярен микроскоп се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособена позиция № 27 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя:

Несъответствията се свеждат до следното:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Размер на пиксела: 3.2 $\mu\text{m}$ $\times$ 3.2 $\mu\text{m}$ ;	Размер на пиксела: 2.2 $\mu\text{m}$ $\times$ 2.2 $\mu\text{m}$ ;
Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 160 $\times$ 142mm, област на придвижване по X и Y 76 $\times$ 52mm, допустими разлики в зададените интервали $\pm$ 5%;	Размери на предметната масичка 150 $\times$ 130mm, двуслойна с механично преместване на предметното стъкло в диапазон 76mm (X) и 30mm (Y), преместване с една ръка.
Чувствителност: 1.0 V/Lux-sec при 550 nm;	Чувствителност: 0,53 V/Lux-sec
Област на изображението върху сензора: 6.59 mm $\times$ 4.90 mm;	5,70 mm (H) $\times$ 4,28 mm (V)
Разделителна способност и кадрова честота: 6 кадъра/секунда при 2048 $\times$ 1536 пиксела; 15 кадъра/секунда при 1280 $\times$ 1024 пиксела; 20 кадъра/секунда при 1024 $\times$ 768 пиксела;	1280 $\times$ 720 15fps; 640 $\times$ 480 30fps.
Отношение сигнал/шум: $\geq$ 52 dB	Отношение сигнал/шум: max 40,5 dB

#### **16. "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД**

По обособена позиция № 34 - Микроплейт четец се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

#### Мотивите за отстраняване:

Участникът не е представил в законоустановения срок допълнение на плик № 1 «Документи за подбор» по обособена позиция № 34 при наличие на установени от комисията и подробно отразени в протокол № 1 липси на документи и несъответствия с изискванията на Възложителя по обособена позиция № 34.

#### 17. "ЛАБИМЕКС" ООД

По обособени позиции 9- Професионален настолен рН-метър; 17- Вискозиметър с падащо топче; 18- Термостатираща водна баня с капак и 19 - Дестилатор се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

По обособени позиции 2- Сонификатор (ултразвуков хомогенизатор); 4- Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg; 27- Цифров бинокулярен микроскоп; 28- Ултразвукова вана, с нагряване и функция дегазиране на разтворители и 42- Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000 µL и ежектор се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

По обособена позиция 15- Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност до 0.1 mg се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 2, 4, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 28 и 42 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 2 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral уред модел Sonoplus HD 4050, който не отговаря на спецификацията на Възложителя по параметъра „изходна мощност“, където се изисква  $\geq 700$  W, а oferiraniят артикул отдава едва 50 W.

По обособена позиция 4 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral аналитична везна с линейност 0,05mg/0,2mg, докато изискването на Възложителя е линейност  $\pm 0,03$ mg/0,2mg.

По обособена позиция 9 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение не е представена оторизация от производителя към Wenk Lab Tec GmbH или друг документ, с който участника счита че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

По обособена позиция 15 предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Представеното писмо-отговор на искането за представяне на подробна писмена обосновка за начина на формиране на предложената цена по тази обособена позиция, няма характер на обосновка за начина на образуване на предлаганата цена и не съдържа обективни обстоятелства, свързани с посочените такива в чл.70, ал.2 т.1-5 от ЗОП. Същевременно участникът е заявил че oferiraniят аналитична везна не може да бъде доставена, тъй като моделът е спрял от производство.

По обособена позиция 17- предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение:

1. Представено е оторизационно писмо от Wenk Lab Tec GmbH, с което оторизират „Лабимекс“ ООД за продажба и сервиз на продукти на посочени в оторизацията производители, с превод на български език, но в посочените производители не е посочен

производителя Termo. /Представената в плик 1 от офертата извадка от брошура/каталог е на Termo Scientific/

2. Не е представена оторизация от производителя към Wenk Lab Tec GmbH или друг документ, с който участника счита че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

По обособена позиция 18- предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение не е представена оторизация от производителя към Wenk Lab Tec GmbH или друг документ, с който участника счита че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

По обособена позиция 19- предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение е представен CD с електронно копие на каталог с посочена стр.264, с цел комисията да може да види с увеличение на изображението, че посочения модел в каталога е на производителя J.P.Selecta, но комисията е установила, че представеното доказателство под формата на CD с електронно копие на каталог - стр.264 е различно от представената в плик № 1 от офертата извадка от брошура/каталог на хартиен носител - стр.259. Тъй като представеното копие на електронен носител не е на същата страница, като първоначално представената извадка, а изискването на Възложителя е за представяне на извадка от фирмена брошура/каталог, заверени на всяка страница с подпис и печат на участника, представеното доказателство не отговаря на изискванията на Възложителя.

По обособена позиция 27 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя:

<i>Спецификация:</i>	<i>Предложение на участника:</i>
Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 160×142mm, област на придвижване по X и Y 76×52mm, допустими разлики в зададените интервали ±5%;	Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 150x133 mm, област на придвижване по X и Y 75x50 mm
Разделителна способност и кадрова честота: 6 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 15 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 20 кадъра/секунда при 1024 × 768 пиксела;	Разделителна способност и кадрова честота: 5 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 8 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 30 кадъра/секунда при 640 × 480 пиксела.
Отношение сигнал/шум: ≥52 dB	Отношение сигнал/шум: 40 dB

По обособена позиция 28 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Не отговаря по параметър „пикова мощност на ултразвука“, която при оферирания артикул е по-малка от 360 W.

По обособена позиция 42 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираният модел поддържа стъпка от 2 µl, а се изисква 1 µl.



### 18. "ФОТ" ООД

По обособени позиции №№ 4- Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg , 42-Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000 µL и ежектор и 44- Автоматична микропипета с променлив обем 1-10 mL и ежектор се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

По обособени позиции № 37- Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 4, 37, 42 и 44 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 4 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал аналитична везна с линейност 0,05mg/0,2mg, докато изискването на Възложителя е линейност  $\pm 0,03\text{mg}/0,2\text{mg}$ .

По обособена позиция 37 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция 37 участникът не е представил таблица за техническо съответствие (образец 2a ) и Декларация /Образец № 8/, каквото е изискването на Възложителя.

По обособена позиция 42 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът не е оферирал конкретен модел.

По обособена позиция 44 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът не е оферирал конкретен модел.

### 19. "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД

По обособени позиции 2-Сонификатор (ултразвуков хомогенизатор); 19 - Дестилатор; 36-Влагоанализаторна везна и 46-Модул разпръсквателна сушилна (Spray dryer unit), съвместим със съществуващ контролен модул Excel Control се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

По обособени позиции 8- Настолна центрофуга; 26- Монокулярен микроскоп; 37- Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея; 49- Автоматизирана трансдермална система на Франц с 6 дифузионни клетки се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника по обособени позиции №№ 2, 8, 19, 26, 36, 37, 46 и 49 НЕ отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията се свеждат до следното:

По обособена позиция 2 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение за обособена позиция 2 „Сонификатор (ултразвуков хомогенизатор)“ е представен превод на декларация за съответствие /CE/ за „свърззуков хомогенизатор“ на NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO.,LTD, а приложения сертификат на английски език е за „електронна везна“ на Shanghai Sunny Hengping Scientific Instrument Co.,Ltd. т.е декларацията за съответствие /CE/ за обособена позиция 2 не отговаря на изискването на Възложителя за представяне на документите на чужд език с превод на български език.

По обособена позиция 8 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал настолна центрофуга с макс. RCF 5120xg, докато

изискването на Възложителя е макс. RCF 4185xg. При проверка на брошура в интернет макс. скорост 6000 об./мин и макс. RCF 5120xg са при ъглов ротор 12 x 10 ml, а се изисква ъглов ротор 12 x 15 ml.

По обособена позиция 19 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение е представен списък-декларация /обр.№11/ за обособени позиции 14 и 19 с посочени 4 бр. доставки на: автоматични газанализатори за контрол на качеството на атмосферния въздух; преносима газанализаторна апаратура за измервания на емисии на вредни вещества във въздуха; основно и специфично оборудване от почви, седименти и отпадъци и оборудване за изграждане на високотехнологична лаборатория, специализирана в областта на томографията и рентгеновите методи. Представени са и 3 бр.удостоверения за извършените доставки. Представена е и декларация от участника с твърдение, че посочените доставки са сходни с апаратурата по обособени позиции 14 и 19. Посочените доставки, респ.приложените удостоверения за доставки, не са за апаратура сходна с апаратурата по обособена позиция 19 „Дестилатор“.

По обособена позиция 26 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Няма информация дали обективите са ахроматични. Предложен е бинокулярен микроскоп вместо монокулярен с обектив 100x(1,25), докато изискването на Възложителя е ахроматичен обектив 60x(0,85). Също така, областта на придвижване по оста X е по-малка от зададената (60 към 75 mm). В приложените брошури няма информация дали фокусиращата система разполага с груба и фина коаксиална настройка и дали притежава стоп механизъм, което е изискване на Възложителя.

По обособена позиция 36 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение не е представено доказателство, че участника е производител или е оторизиран за доставка и сервиз от производителя или от оторизиран негов представител за региона, в който попада територията на страната, (оторизационно писмо /документ за упълномощаване/ заверено от участника копие) с превод на български език или друг документ, с който участника счита че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

По обособена позиция 37 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираният модел SP-1900 на Shanghai Spectrum Instruments Co., Ltd, не поддържа широчина на спектралната ивица от 1.5 nm, каквото е изискването на Възложителя. Освен това диапазона на фотометриране е от -0.3 до +4.000 A, при специфицирани от -4.000 до +4.000 A.

По обособена позиция 46 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

В представеното към плик №1 „Документи за подбор“ допълнение е представен списък-декларация /обр.№11/ за обособена позиция 46 с посочени 3 бр. доставки на: оборудване за изграждане на високотехнологична лаборатория, специализирана в областта на томографията и рентгеновите методи; автоматични газанализатори за контрол на качеството на атмосферния въздух и основно и специфично оборудване от почви, седименти и отпадъци. Представени са и 3 бр.удостоверения за извършените доставки.

Представено е и обявление за обществена поръчка с Възложител Институт по физикохимия към БАН за конкретизиране на видовете оборудване, които са включени в обявената от тях обществена поръчка за «Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за създаване на високотехнологична лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография.

Представена е и декларация от участника с твърдение, че посочените доставки са сходни

с апаратурата по обособена позиция 46.

Посочените в обр.11 доставки и приложените като доказателство удостоверения за доставки не са за сходна апаратура с тази по обособена позиция 46. Представеното обявление не е доказателство за доставка по смисъла на чл.51,ал.4 от ЗОП. То показва само каква е била необходимата на Институт по физикохимия към БАН апаратура, която също не е сходна с апаратурата по обособена позиция 46.

По обособена позиция 49 - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът оферира система модел: Vertical Diffusion system (VDC, Franz-cell) на Hanson Research Corporation, която е с една зона за контрол на разбъркването във всяка конзола, а изискването на Възложителя е наличие на две зони за контрол на разбъркването във всяка конзола. Освен това от приложените в плик 1 „Документи за подбор“ извадки от брошури/каталози на системата, произведена от Hanson, не може да се установи съответствие между спецификациите на възложителя и предлаганите характеристики от участника, а именно за параметрите: нехерметизирана система, защитена от протичане, без да е необходима работа под налягане по време на експеримента; управление на температурата в диапазона не по-малко от 25°C до не повече от 50°C с точност  $\pm 1^\circ\text{C}$ ; висока честота на разбъркване не по-малко от 600 RPM и не повече от 800 RPM; нагревател с мощност не по-малко от 700 W; автоматично устройство за отстраняване на мехурчетата; помпа за минимум 6 броя спринцовки; обем на спринцовката не повече от 5 ml; минимален трансферен обем на спринцовката: 0.5 ml; максимален трансферен обем на спринцовката: 5 ml; точност на инжектиране на помпата  $\pm 1\%$ ; автоматично устройство за събиране на пробите; трей за минимум 160 позиции за 16x150 mm епруветки; трей за минимум 160 позиции за ВЕТХ виалки; възможност за програмиране на минимум 20 времеви интервала с възможност за събиране на 6 проби за един интервал; системата да е окомплектована с вакуумна дегазираща станция; филтърен манифолд и набор за пробо-вземане.

### КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Съгласно обявен в документацията критерий – „най -ниска цена“ при покриване на всички други изисквания, посочени в нея и на основание Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 на комисия по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, **ОБЯВЯВАМ** класирането по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция 1** Хомогенизатор за меки тъкани тип “Con-Torque” или еквивалентен, окомплектован с три размера пестици и съдчета тип “Potter-Elvehjem”

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
------------	----------------

**Обособена позиция 3** Цифрова камера за дооборудване на микроскоп Optika модел XDS-2 +M

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ДАНС ФАРМА" ЕООД
III-то място	"АНДРОМЕДА" ООД

**Обособена позиция 4. Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg**

I-во място	"МТИ" ООД
------------	-----------

**Обособена позиция 7 Дълбокозамразяващ фризер (-86°C)**

I-во място	"ФОТ" ООД
II-ро място	"ЛАБОРБИО" ООД
III-то място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
IV-то място	"РИДАКОМ" ЕООД
V-то място	"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
VI-то място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 8 Настолна центрофуга**

I-во място	"ЕЛТА 90 М" ООД
II-ро място	"МТИ" ООД
III-то място	"ЛАБИМЕКС" ООД
IV-то място	"ФОТ" ООД

**Обособена позиция 9 Професионален настолен рН-метър**

I-во място	"ФОТ" ООД
II-ро място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 10 Бъркалка електромагнитна с едно гнездо**

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ДАНС ФАРМА" ЕООД
III-то място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
IV-то място	"МТИ" ООД
V-то място	"ЛАБКО" ЕООД

**Обособена позиция 11 Вортекс**

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
III-то място	"ЕЛТА 90 М" ООД
IV-то място	"АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД

**Обособена позиция 12. Автоматичен ветеринарен хематологичен анализатор**

I-во място	ЕТ "БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"
------------	---------------------------------

**Обособена позиция 13. Автоматичен биохимичен анализатор**

I-во място	ЕТ "БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"
II-ро място	"ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД

**Обособена позиция 14 Цифров портативен рН-метър**

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ФОТ" ООД
III-то място	"АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
IV-то място	"ЛАБЕКСПЕРТ" ООД
V-то място	"ДАНС ФАРМА" ЕООД
VI-то място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 15 Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност до 0.1 mg**

I-во място	"ЛАБКО" ЕООД
II-ро място	"АТАРК" ЕООД
III-то място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
IV-то място	"САРТОРИУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
V-то място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 16 Аналитична везна с външна калибровка и точност до 0.1 mg**

I-во място	"ЛАБЕКСПЕРТ" ООД
II-ро място	"ЛАБИМЕКС" ООД

III-то място	"ЛАБКО" ЕООД
IV-то място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
V-то място	"АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
VI-то място	"АТАРК" ЕООД
VII-мо място	"САРТОРИУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
VIII-мо място	"ЛАБОРБИО" ООД
IX-то място	"ЕЛТА 90 М" ООД
X-то място	"ФОТ" ООД
XI-то място	"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
XII-то място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 18 Термостатираща водна баня с капак**

I-во място	"ДАНС ФАРМА" ЕООД
II-ро място	"ФОТ" ООД
III-то място	"ЕЛТА 90 М" ООД
IV-то място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
V-то място	"ЛАБКО" ЕООД

**Обособена позиция 19 Дестилатор**

I-во място	"ЛАБОРБИО" ООД
II-ро място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 20 Настолен ЯМР-спектроскоп**

I-во място	"АСМ2" ЕООД
------------	-------------

**Обособена позиция 21 Високо ефективен течен хроматограф**

I-во място	"АСМ2" ЕООД
------------	-------------

**Обособена позиция 22** Ротационен вакуум изпарител модел с конфигурация на хладника вертикален тип S- reflux и приставка към него за извършване на „Сокслет“ екстракция с обем на екстракционната камера 500мл

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД

**Обособена позиция 23** Ротационен вакуум изпарител модел с вертикален хладник и приставка към него за едновременно изпаряване на 5 проби

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД

**Обособена позиция 24** Мембранни, химически устойчиви вакуум помпи с контролер

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД

**Обособена позиция 25** Паралелен изпарител с 6 позиции, с приставка за включване към ротационен вакуум изпарител

I-во място	"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД
II-ро място	"ЛАБИМЕКС" ООД

**Обособена позиция 26** Монокулярен микроскоп

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ЛАБОРБИО" ООД
III-то място	"ДАНС ФАРМА" ЕООД
IV-то място	"АНДРОМЕДА" ООД

**Обособена позиция 28** Ултразвукова вана, с нагряване и функция дегазиране на разтворители

I-во място	"МТИ" ООД
------------	-----------

**Обособена позиция 29** Орбитална клатачна машина

I-во място	"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
II-ро място	"ЛАБИМЕКС" ООД

III-то място	"ЛАБКО" ЕООД
IV-то място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 30 Термостатна водна баня**

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"МТИ" ООД
III-то място	"ЛАБКО" ЕООД

**Обособена позиция 31 Автоматичен цифров поляриметър**

I-во място	"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД
------------	------------------

**Обособена позиция 32 Система за получаване на пречистена вода със степен на чистота „Тип 1“ и „Тип 2“, съгласно ISO 3696**

I-во място	"ЕЛТА 90 М" ООД
II-ро място	"ЛАБТЕХ" ЕООД

**Обособена позиция 33 Микроцентрофуга**

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 34 Микроплейт четец**

I-во място	"МТИ" ООД
------------	-----------

**Обособена позиция 35 Електромеханични бъркалки със статив, муфа и пропелер**

I-во място	"ЛАБКО" ЕООД
II-ро място	"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
III-то място	"ЛАБИМЕКС" ООД

**Обособена позиция 36 Влагоанализаторна везна**

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ФОТ" ООД
III-то място	"АТАРК" ЕООД



IV-то място	"ЕЛТА 90 М" ООД
V-то място	"МТИ" ООД
VI-то място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
VII-мо място	"АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД

**Обособена позиция 37** Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея

I-во място	"АСМ2" ЕООД
------------	-------------

**Обособена позиция 38** Вискозиметър тип Хьоплер

I-во място	"ЛАБТЕХ" ЕООД
II-ро място	"ЛАБИМЕКС" ООД

**Обособена позиция 39** Вискозиметър, с вкл. Софтуер

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ЛАБТЕХ" ЕООД

**Обособена позиция 40** Термостатична водна баня за вискозиметри

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ЛАБТЕХ" ЕООД

**Обособена позиция 42** Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000  $\mu\text{L}$  и ежектор

I-во място	"ЛАБКО" ЕООД
------------	--------------

**Обособена позиция 43** Автоматична микропипета с променлив обем 500-5000  $\mu\text{L}$  и ежектор

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ЛАБКО" ЕООД
III-то място	"МТИ" ООД

**Обособена позиция 44** Автоматична микропипета с променлив обем 1-10 mL и ежектор

I-во място	"ЛАБИМЕКС" ООД
II-ро място	"ЛАБКО" ЕООД

**Обособена позиция 45** Течнохроматографска система с висока разделителна способност, подходяща за бързи и стандартни анализи

I-во място	"АСМ2" ЕООД
------------	-------------

**Обособена позиция 46** Модул разпръсквателна сушилна (Spray dryer unit), съвместим със съществуващ контролен модул Excel Control

I-во място	"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
------------	---------------------

**Обособена позиция 47** Апарат за микровълново-асистирана екстракция и синтез

I-во място	"ЛАБЕКСПЕРТ" ООД
------------	------------------

**Обособена позиция 48** Многорежимен (мултимодов) четец за микроплаки

I-во място	"ЕЛТА 90 М" ООД
------------	-----------------

**Обособена позиция 49** Автоматизирана трансдермална система на Франц с 6 дифузионни клетки

I-во място	"ЕЛТА 90 М" ООД
------------	-----------------

#### **ОПРЕДЕЛЯМ:**

**за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции, следните участници:**

- Обособена позиция № 1- участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 3 – участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 4 – участникът "МТИ" ООД;
- Обособена позиция № 7- участникът "ФОТ" ООД ;
- Обособена позиция № 8- участникът "ЕЛТА 90 М" ООД;
- Обособена позиция № 9 - участникът "ФОТ" ООД;
- Обособена позиция № 10 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 11 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 12 - участникът ЕТ "БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ";
- Обособена позиция № 13- участникът ЕТ "БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ";
- Обособена позиция № 14- участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 15 - участникът "ЛАБКО" ЕООД;
- Обособена позиция № 16 - участникът "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД;
- Обособена позиция № 18 - участникът "ДАНС ФАРМА" ЕООД;
- Обособена позиция № 19- участникът "ЛАБОРБИО" ООД;
- Обособена позиция № 20- участникът "АСМ2" ЕООД;
- Обособена позиция № 21 - участникът "АСМ2" ЕООД ;
- Обособена позиция № 22 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 23 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 24 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;
- Обособена позиция № 25- участникът "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД;

Обособена позиция № 26 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 28 - участникът "МТИ" ООД;  
Обособена позиция № 29 - участникът "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД;  
Обособена позиция № 30 – участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 31 - участникът "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД;  
Обособена позиция № 32 - участникът "ЕЛТА 90 М" ООД;  
Обособена позиция № 33 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 34 - участникът "МТИ" ООД;  
Обособена позиция № 35 - участникът "ЛАБКО" ЕООД;  
Обособена позиция № 36 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 37 - участникът "АСМ2" ЕООД;  
Обособена позиция № 38 – участникът "ЛАБТЕХ" ЕООД;  
Обособена позиция № 39 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 40 - участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 42 – участникът "ЛАБКО" ЕООД;  
Обособена позиция № 43 – участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 44 – участникът "ЛАБИМЕКС" ООД;  
Обособена позиция № 45 - участникът "АСМ2" ЕООД;  
Обособена позиция № 46 - участникът "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД;  
Обособена позиция № 47 – участникът "ЛАБЕКСПЕРТ" ООД;  
Обособена позиция № 48 – участникът "ЕЛТА 90 М" ООД;  
Обособена позиция № 49 – участникът "ЕЛТА 90 М" ООД.

Договорите по отделни обособени позиции да се сключат, съгласно чл.41 от ЗОП.

Гаранциите за участие в процедурата се задържат, усвояват или освобождават, съответно по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

На основание чл.120 от Закон за обществените поръчки, настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срок от 10 дни от получаването му.

В изпълнение на чл.73, ал.3 и ал.4 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата в тридневен срок от датата на неговото издаване, както и да бъде публикувано в същия ден в Профила на купувача на Медицински университет – София: <http://pk.mu-sofia.bg/> към електронното досие на процедурата под № 00398-2015-0001 заедно с Протоколи № 2 и № 3 на комисията.

Да се прекрати процедурата по следните обособени позиции:

На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП по обособени позиции №№ 6 и 41 поради това, че не е подадена нито една оферта.

На основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП по обособени позиции №№ 2, 5, 17 и 27 поради това, че всички подадени оферти по тези обособени позиции не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

В изпълнение на чл.39, ал.3 от ЗОП, да бъдат уведомени участниците за прекратяване на обособените позиции от процедурата, както и да бъдат изпратени копия от решенията за прекратяване по образец до Изпълнителния директор на АОП.

РЕКТОРЪ

Акад.проф./д-р **ВАНЬО МИТЕВ**, дм, дбн

