

ДО
Всички заинтересовани лица.....

ОТНОСНО: Постъпило писмо от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 29 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение за нуждите на Медицински факултет при МУ-София по 32 обособени позиции”, открита с Решение № РК 36-1475/04.08.2015 г. на Ректора на МУ-София, в законоустановения срок давам следното разяснение:

Въпроси:

Във връзка с обявена обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет -София по 32 обособени позиции“ бихме искали да Ви уведомим, че заложените технически изисквания в Обособена позиция № 12 „Апаратура за клинични катедри и Клинични центрове“, Подпозиция 6 „3D- ехокардиограф за Катедра по „Спешна медицина“ са затварящи за ехокардиограф на Philips и лишава останалите производители от участие. Освен това подпозицията е обединена с други 6 подпозиции, които нямат отношение към подпозиция 6 и отново са затварящи за определен производител.

В тази връзка бихме желали да отправим следните въпроси, касаещи подпозиция 6 “3D- ехокардиограф за Катедра по „Спешна медицина“:

1) Бихте ли приели предложението за ехограф с брой ефективни цифрови канали не по-малък от 4 милиона? Посочените в публикуваното задание 7 милиона канали са виртуални и нямат отношение към физическите такива.

2) Бихте ли приели предложението за ехограф с 2 D тъканно изобразяване с висока резолюция- с не-по- малко от 1000 кадъра/сек? Посочената в техническото задание скорост от 2,500 кадъра/сек. не е възможна с клиничен образ.

3) Бихте ли приели предложението за ехограф с размер на монитора не по-малък от 19"? Посоченото изискване за размер от 21" няма отношение към размера на полезното поле с клиничен образ и същевременно е ограничаващо.

4) Бихте ли приели предложението за ехограф с размер на тъчскрина- не по-малък от 10". Посоченото в документацията изискване за размер на тъчскрина не по-малък от 12" няма отново отношение към качествените и/или функционални преимущества на машината и същевременно е ограничаващо.

5) Бихте ли приели предложение за 4D трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5-4.0 MHz? Посочената в заданието честота е ограничаваща за един производител.

6) Бихте ли приели предложение за 4D трансезофагеален трансдюсер с минимален честотен обхват 3.0-8.0 MHz. Посочената в заданието честота е ограничаваща за един производител.

7) Предвид несъвместимостта на посочената подпозиция 6 с останалите шест подпозиции в Обособена позиция 12, има ли възможност да се приемат самостоятелни предложения само за подпозиция 6 „3D –ехокардиограф за Катедра по „Спешна медицина“?

Отговор на въпроси от № 1 до № 7.

Възложителят установи нарушения при откриването на поръчката в частта ѝ по обособени позиции с номера 10, 12, 13, 20, 26, 28 и 31, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата. В тези обособени позиции са включени апарати с различно предназначение, различни технически и функционални характеристики, които не са свързани помежду си с оглед на експлоатацията си и са от различен вид и в повечето случаи се произвеждат от различни производители. По този начин необосновано се ограничават потенциалните участници в обществената поръчка в частта ѝ по обособени позиции с № 10, 12, 13, 20, 26, 28 и 31, поради групирането на апарати във всяка от тях и наличие в Документацията за участие на изискване на Възложителя участниците да представят оторизационни писма от производителя за доставка, монтаж и сервизно обслужване и др. документи от съответните производители. Обособена позиция № 12 „Апаратура за клинични катедри и Клинични центрове“ е прекратена с Решение № РК36-1541/17.08.2015г., което е публикувано в РОП и в Профила на купувача на Медицински университет-София към електронното досие на настоящата процедура. Със същото Решение Възложителят прекратява и обособени позиции с номера 10, 13, 20, 26, 28, 31 и 2.

РЕКТОР:

/Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

