

## МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - РЕКТОРАТ

### РЕШЕНИЕ

№ РК.26...1050/18.05.2016 год.

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, протокол № 1 от 16.03.2016 г., протокол № 2 от 27.04.2016 г. и протокол № 3 от 16.05.2016 г. на комисия, назначена със Заповед № РК 36-2878 от 13.11.2015г., удължена със заповед № РК 36-1006 от 11.05.2016г. на Ректора на Медицински университет - София, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за изработка на зъбни протези по системата „cad cam” за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет - София”, открита с Решение № РК-36-2410 от 15.10.2015 г. на Ректора на Медицински Университет - София и Обявление с изх.№ 4869/15.10.2015 г., вписана в регистъра на АОП под уникален № 00398-2015-0017 и Обявление за поръчка публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 368244 в брой S 203 от 20/10/2015.

### О Б Я В Я В А М :

#### ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СА ПОДАЛИ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

- 1.вх.№1/12.11.2015 г. "Zfx" GmbH
- 2.вх.№2/12.11.2015г. – Консорциум „КАД/КАМ МУ София“

#### Отстранени участници:

Консорциум „КАД/КАМ МУ София“ - участникът се отстранява от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

**Мотивите за отстраняване:** Предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът сам го е декларирал в Таблицата за техническо съответствие (образец 2а). Участникът е оферирал лабораторен скенер за сканиране на модели, използващ фотометрична технология с ниво на точност при размери от 120 до 80 мм до 10 микрона, при изисквана в спецификацията точност при размери от 120 до 80 мм по-малко от 9 микрона.

#### Установено е и следното:

По споменатите по-долу точки не може да бъде установено еднозначно дали предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като участникът е оферирал искания параметър по друг начин или пък е оферирал пълно съответствие с изискванията на Възложителя, но липсва информация в представените фирмени брошури.

По точка 3.1. участникът е оферирал "Време за получаване на индивидуално изображение под 0,1 секунда". Изискването на Възложителя е "Възможност за сканиране с минимум 18 снимки в секунда". Така оферирано е възможно сканиране с по-малко от 18 снимки в секунда.

За точка 1.4. от брошурите не става ясно превключването от сухо към водно фрезование за колко време става и дали се вмества в изискването до 5 минути.

За точка 1.15. от брошурите не става ясно дали е налична водоустойчива камера, каквото е изискването. В брошурата е описано, че има възможност за отдалечен достъп до такава камера от мобилно приложение.

За точка 2.4. от брошурите не става ясно дали артикулационната система включва изискваните синхронизатори - Artex, SAM, Stratos.

За точка 5.6. от брошурите не става ясно дали предлаганият софтуер може автоматично да разпознава имплантите.

### **КЛАСИРАНЕ:**

Съгласно обявен в документацията критерий - „икономически най-изгодна оферта“ и на основание Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за изработка на зъбни протези по системата „cad cam“ за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет - София“, **ОБЯВЯВАМ** класирането, както следва:

**1-во място: „Zfx“ GmbH с оферта получила 100 точки**

### **ОПРЕДЕЛЯМ:**

за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за изработка на зъбни протези по системата „cad cam“ за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет - София“, следния участник:

**„Zfx“ GmbH**

Договорът да се сключи, съгласно чл. 41 от ЗОП.

Гаранциите за участие в процедурата се задържат, усвояват или освобождават, съответно по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

На основание чл. 120 от Закон за обществените поръчки, настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срок от 10 дни от получаването му.

В изпълнение на чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на неговото издаване, както и да бъде публикувано в същия ден в Профила на купувача на Медицински университет - София: <http://pk.mu-sofia.bg/> към електронното досие на процедурата под № 00398-2015-0017 заедно с Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията.

**РЕКТОР:**

**проф. д-р Вихра Миланова, дмн**

