

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

РЕШЕНИЕ

№ PK 36-3500 / 21.122015 г.

за обявяване класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален идентификационен № 00398-2015-0018.

На основание чл. 73, ал.1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, протокол № 1 от 07.12.2015 г., протокол № 2 от 11.12.2015 г. и протокол № 3 от 17.12.2015 г. на комисия, назначена със **Заповед № РК 36-3141/01.12.2015** г. на Ректора на Медицински Университет-София, акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София по 6 обособени позиции“ открита **Решение № РК 36-2514/20.10.2015** г. на Ректора на Медицински Университет-София, акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн и обявление с изх. № 4991/20.10.2015 г., вписано в регистъра на АОП под уникален № 00398-2015-0018.

О Б Я В Я В А М:

I. Оферти за участие в процедурата са подали следните участници:

Оферта вх. №	Дата/час на подаване	Участник (наименование)	Участва за обособена позиция №
1.	30.11.2015 г./11:29 ч.	„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД („МТИ“ ООД)	3
2.	30.11.2015 г./11:42 ч.	„Джи ес евро България“ ЕООД	2

3.	30.11.2015 г./13:52 ч.	„Алмасоник“ ООД	1
4.	30.11.2015 г./15:51 ч.	„С&Т България“ ЕООД	4
5.	30.11.2015 г./15:56 ч.	„Елпак-Лизинг“ ЕООД	3 и 4
6.	30.11.2015 г./16:03 ч.	„Ви енд Ди Сървисис“ ООД	5 и 6

II. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

1. На основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54 от ЗОП, участникът „Елпак-Лизинг“ ЕООД, с Оферта вх. № 5/ 30.11.2015 г./15:56 ч., подадена за об. поз. № 4 се отстранява от участие в процедурата.

Мотиви за отстраняване:

Комисията е констатирала, че Плик № 2 на участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД по обособена позиция № 4 „Ехогравски апарат за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение“ не съдържа всички гореизброени документи, по форма и съдържание, съгласно тръжните изисквания.

Участникът е представил копие на декларация от производителя /свободен текст/, че предлаганата апаратура за обучение е нова, произведена след 01.01.2015 г. неупотребявана и не е рециклирана. Съгласно тръжните изисквания декларацията следва да бъде представена в оригинал. Същата не е представена и под формата на нотариално заверено копие за вярност с оригинала, по см. на чл. 179, ал. 2 от ГПК.

По аналогичен начин, участникът е представил декларация от производителя на апаратурата за обучение /свободен текст/, съдържаща информация за съответствието на техническите параметри на предлаганата апаратура с параметрите от Пълно описание на предмета на поръчката, която отново не в оригинал, а е под формата на копие. Същата не е представена от участника и като нотариално заверено копие за вярност с оригинала, по см. на чл.179, ал. 2 от ГПК.

На следващо място Комисията е установила, че и оферираният от участника апарат по обособена позиция № 4 „Ехогравски апарат за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение“ не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно Таблица за техническо съответствие по Образец № 2а.4, в т. 2.9.от графа „Техническа спецификация“ (минимални технически

изисквания към предлаганата апаратура), Възложителят е поставил своите изисквания към предлаганата апаратура. Така в т. 2.9 е заложено изискване за наличие на „технология за подобряване на изображенията чрез съставно сканиране в реално време, посредством насочени под ъгъл ултразвукови лъчи от всеки кристал в трансдюзера. Предложението на участника, с което потвърждава изискването е : „Автофокус регулиране с дълбочина на сканиране. Ориентация на образа: ляво/дясно, горе/долу. Ъгъл на сектора (за линейни трансдюзери). Регулируем ъгъл при биопсии“.

Оферираното от участника няма отношение към влязлите в сила технически изисквания на конкретната апаратура и не покрива изискването за „насочени под ъгъл ултразвукови лъчи от всеки кристал в трансдюзера“. Налице е потвърждаване на изискването с поставяне от участника на функции към предлагания апарат, не фигуриращи в техническата спецификация на апарата по обособена позиция № 4 „Ехографски апарат за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение“.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Съобразно обявения в документацията критерий – „икономически най-изгодна оферта“ класирането на участниците е в следния ред:

МЯСТО	УЧАСТНИК / обособена позиция №	Общ бр. точки по показат ели K2+K3 /макс. 40/	Точки по показа тел K1 /макс.60/	Комплексна оценка Макс.100 т. K=K1+K2+K3
Обособена позиция № 1				
Първо	„Алмасоник“ ООД	40	60	100
Обособена позиция № 2				
Първо	„Джи ес евро България” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 3				
Първо	„Елпак Лизинг“ ЕООД	40	60	100
Второ	„МТИ“ ООД	40	59,36	99,36

Обособена позиция № 4				
Първо	„С&Т България“ ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 5				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис“ ООД	40	60	100
Обособена позиция № 6				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис“ ООД	40	60	100

IV. ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София по 6 обособени позиции“ следните участниците, класирани на Първо място за обособените позиции, както следва:

- **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** „Ултразвуков апарат за пренатална диагностика на малформации на развитието на плода и състоянието на новороденото за катедра по „Акушерство и гинекология“ - „Алмасоник“ ООД;
- **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2** „Учебни модели за Катедра по „Акушерство и гинекология“ - „Джи ес евро България“ ЕООД;
- **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3** „Неонатален симулатор за Катедра по „Акушерство и гинекология“ - „Елпак Лизинг“ ЕООД;
- **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4** „Ехографски апарат за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение“ - „С&Т България“ ЕООД;
- **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5** „Система за интраоперативно, безкръвно лигиране и рязане на тъкани и кръвоносни съдове с лумен до 7 мм за Клиничен център по гастроентерология“ - „Ви енд Ди Сървисис“ ООД;
- **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6** „Модерна лапароскопска апаратура от най-висок клас с прилежащ инструментариум за Клиничен център по гастроентерология“ - „Ви енд Ди Сървисис“ ООД;

- III. Договорите да се сключат съгласно чл. 41 от ЗОП.
- IV. Гаранциите за участни в процедурата се освобождават или задържат, съответно по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
- V. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на неговото получаване.
- VI. В изпълнение на чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено в 3-дневен срок от датата на неговото издаване на всички участници, както и да бъде публикувано в същия ден в Профил на купувача на Медицински университет – София, към електронното досие на процедурата под № 00398-2015-0018, заедно с протокол № 1, протокол № 2 и протокол № 3 на комисията.

РЕКТОР:

Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дмн



МГ/БА