

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

София 1431, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешоџ“ 15, тел. 02/ 952 3791, 02/ 9152 129
факс 02/ 953 2816, e-mail: rector@mu-sofia.bg, www.mu-sofia.bg



РЕКТОРАТ

№ 964 Дата 19.02.16г.

ДО
Всички заинтересовани
лица

ОТНОСНО: Постъпило писмо от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 29 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение по 2 обособени позиции, за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет - София” открита с Решение № РК 36-107 от 21.01.2016 г. на Ректора на МУ- София.

Искането за разяснение касае обособена позиция № 2 “MALDI-TOF Масспектрометрична Диагностична Апаратура“.

В законоустановения срок давам следното разяснение:

ВЪПРОС:

В приложение № 1 „Пълно описание на предмета на поръчката“ и образец №2а.2 „Таблица за техническо съответствие“ има изискване за “Масов обхват до минимум 600000 m/z“.

Предполагаме, че е допусната техническа грешка, тъй като съществуващите системи от този тип, които се предлагат на пазара, имат по-нисък масов обхват.

Бихте ли уточнили изискваният масов обхват за системата?

ОТГОВОР:

Няма допусната техническа грешка. Изискването на Възложителя е за масов обхват до минимум 600000 m/z.

РЕКТОР:

/Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн/

