

ПРОТОКОЛ №2

за разглеждане и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана система за количествено определяне на оксидативни маркери в биологични проби за нуждите на Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински факултет при Медицински университет – София”.

На 29.06.2016г. се проведе заседание на комисията назначена със Заповед № РК 36 - 1172 от 10.06.2016г. на Ректора на Медицински Университет - София, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана система за количествено определяне на оксидативни маркери в биологични проби за нуждите на Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински факултет при Медицински университет – София”, открита с Решение № РК-36-802 от 11.04.2016г. на Ректора на Медицински Университет - София и Обявление с изх. № 1784/11.04.2016г., вписана в регистъра на АОП под уникален № 00398-2016-0012 и Обявление за поръчка публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 128883 в брой S 074 от 15/04/2016.

Комисията заседаваше в основния си състав, а именно:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц.Валентин Лозанов, Катедра медицинска химия и биохимия - инженер;

ЧЛЕНОВЕ: 1. Марта Генсузова, на длъжност Ръководител отдел „ОП“ при МУ – София – Ректорат, квалификация – икономист;

2. Розалия Балдаранова – на длъжност Икономист ОП в отдел „ОП“ при МУ – София – Ректорат, квалификация – икономист;

3. Христина Бешева на длъжност юрисконсулт в отдел „ОП“ при МУ – София – Ректорат, квалификация – юрист;

4. инж. Бойко Белчев Колев, квалификация – машинен инженер;

От посоченото в протокол № 1 от 14.06.2016 г. е видно, че комисията не установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и допуска до разглеждане на Плик № 2 «Предложение за изпълнение на поръчката» единственият участник "АСМ 2" ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Плик № 2 «Предложение за изпълнение на поръчката» на допуснатия участник "АСМ 2" ЕООД заедно със становище №2 на експертите в комисията /неразделна част от настоящия протокол/ за съответствие на представените документи в Плик №2 с изискваните от Възложителя технически спецификации, както и проверка на съответствието на предлаганата система с предложените модели на елементите и модулите на системата в извлеченията от фирмени каталози /брошури/ - представени в плик № 1 на допуснатия участник. Проверено бе и съответствието на офериранияте модели с представените декларации за съответствие - СЕ марки и удостоверението за оторизация за продажба и обслужване с производителя, посочен в образец 2а Таблица за техническо съответствие на допуснатия участник.

Предложението на участника съдържа исканите от Възложителя документи, попълнени и оформени по описания от Възложителя начин - техническо предложение /образец №2/ със срок за изпълнение – до 60/шестдесет/ календарни дни от сключване на договор, отговарящ на условието на Възложителя не повече от 60 календарни дни от сключване на договор; гаранционен срок 24 /двадесет и четири/ месеца, отговарящ на условието не по-малък от 24 месеца и валидност на офертата 240 календарни дни считано от крайния срок за получаване

на офертите, отговаряща на условието не по-малко от 240 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите; таблица за техническо съответствие (образец 2а) и Декларация /Образец № 8/.

Комисията се запозна със становище №2 на експертите в комисията и установи следното:

Описанието на предложената в таблицата за техническо съответствие система отговаря на изискванията на Възложителя.

Представените в Плик № 1 от офертата на участника фирмени каталози/брошури/ и характеристиките в тях съответстват на предложената от участника система в таблицата за техническо съответствие /образец №2а/ от Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, както и на изискванията на Възложителя.

В резултат на извършените действия по разглеждане на съответствието на документите в Плик № 2- „Предложение за изпълнение на поръчката“ и съпоставянето им с представените в Плик №1 фирмени каталози / брошури/ и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, комисията констатира и реши: Допуска до отваряне на Плик № 3 – „Предлагана цена“ участника "АСМ2"ЕООД.

Комисията насрочи следващото си публично заседание за отваряне на Плик №3 „Предлагана цена“ на допуснатия участник - "АСМ 2" ЕООД за 07.07.2016г. / четвъртък/ от 10:00 часа в Ректората на Медицински университет - София, гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст.Гешов“ № 15, етаж 12, зала № 6 /в сградата на НЦОЗА/.

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представящи пълномощно-оригинал или заверено от участника копие, представители на средствата за масово осведомяване, както и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Съобщение за отварянето на Плик № 3 „Предлагана цена“ ще бъде публикувано в Профила на купувача на Медицински университет-София: <http://pk.mu-sofia.bg/> към електронното досие на настоящата процедура /00398-2016-0012/.

Настоящият протокол е изготвен и подписан на 30.06.2016г. За верността на гореизложеното, комисията се подписва в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц.Валентин Лозанов

ЧЛЕНОВЕ:

1. Марта Генсузова

2. Розалия Балдаранова

3. Христина Бешева

4. инж. Бойко Колев

СТАНОВИЩЕ №2

От експертите в комисията за разглеждане и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана система за количествено определяне на оксидативни маркери в биологични проби за нуждите на Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински факултет при Медицински университет – София“ за съответствие на документите от Плик №2 (Предложение за изпълнение на поръчката) с изискваните от Възложителя технически спецификации, както и проверка на съответствието на предлаганата система с предложените модели в извлеченията от фирмени каталози (брошури) - представени в Плик № 1 на допуснатия участник. Извършване на проверка и на съответствието на производителите, посочени в представените декларации за съответствие - SE-марки и удостоверение за оторизация за продажба и обслужване, посочени в Образец 2а (Таблица за техническо съответствие) на допуснатия участник

При разглеждане на оферирания от допуснатия участник "АСМ2" ЕООД технически спецификации в плик №2, както и проверка на съответствието на предлаганата система с предложените модели на елементите и модулите на системата в приложените фирмени каталози (брошури), представени в плик №1, констатирахме следното:

- I. Участникът е оферирал специализирана система за количествено определяне на оксидативни маркери в биологични проби, съставена от:
 1. Високоэффективна течнохроматографска система работеща при ултра високо налягане с универсално приложение Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 RSLC system, включваща:
 - Течнохроматографска помпа с градиентно смесване Thermo Scientific Dionex HPG-3400RS Binary Rapid Separation Analytical Pump with solvent selector valves HPG-3400A;
 - Система за автоматично инжектиране Thermo Scientific Dionex WPS-3000TRS Rapid Separation Analytical in-line split loop Thermostatted Autosempler;
 - Термостатиращо устройство за хроматографски колони Thermo Scientific Dionex TCC-3000RS Thermostatted Column Compartment;
 2. Тандем масспектрометър Thermo Scientific Quantiva;
 3. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение с дебит минимум 30 l/min Genius MN32LA;
 4. Компютърна система и софтуер:
 - Хроматографски и масспектрометричен софтуер Xcalibur 3.1. / Trace Finder 3.3;
 - компютърна система Dell OptiPlex за Thermo Fisher Scientific;
 - UPS система за непрекъсваемо токозахранване модел Sentinel Power Green SPH 8;
- II. Предложението на участника "АСМ2" ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя, като по някои показатели ги превъзхожда.

Изготвили становището:

1. Доц. Валентин Лозанов

..... 

2. Инж. Бойко Колев

..... 

29.06.2016 год.

гр. София