

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** *Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научноизследователски комплекс. Медицински Университет - София и Медицински Университет - Пловдив по 18 обособени позиции", открита с Решение №РК-36-2994 от 28.11.2016г.*

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване за открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

### **ВЪПРОС 1:**

Съгласно приложения към документацията Образец № 3 „Техническо предложение“, участниците следва да попълнят остатъчен срок на годност на продуктите към момента на доставката. Моля да уточните, необходимо ли е участникът да представи друг документ, освен Образец № 3, с който да удостовери срока на годност на продуктите и в случай, че е необходим такъв, моля да изясните имате ли конкретно изискване за вида на документа. Моля пояснете за консумативи, които нямат срок на годност, каква информация следва да съдържа т.2 от Образец № 3 по отношение на срока на годност на продуктите. Как се очаква да бъде деклариран срока на годност на продукти, които не се съхраняват на склад и не са произведени?

### **ОТГОВОР:**

Не е необходимо представянето на друг документ освен Образец № 3, с който участника да удостовери срока на годност на продуктите.

В случай, че става въпрос за консумативи, които нямат официално деклариран срок на годност, може да се отбележи в точка две на Образец № 3, че продуктите са със срок на годност не по-малък от 6 месеца.

По отношение на материали, химикали и консумативи, които не са произведени и не се поддържат на склад, срока на годност се декларира в точка две на Образец № 3, на базата на официална информация от фирмена брошура, техническа спецификация на продукта или други, в която се съдържат данни за срока на годност на съответния продукт и начина му на съхранение.

### **ВЪПРОС 2:**

Съгласно спецификацията по ОП 17, подпозиция 17.1. обемът на елуиране трябва да бъде 20-100 µl. Това означава ли, че ще бъдат допуснати до участие оферти, които предлагат продукт, чийто обем на елуиране попада в този обхват, или обемът на

елуиране на продукта трябва да припокрива напълно зададения обхват, с възможност за получаване, както на 20  $\mu$ l, така на 100  $\mu$ l елуат.

**ОТГОВОР:**

Обемът на елуиране на кита за изолиране по подпозиция 17.1 трябва да може да обхваща диапазона между 20 и 100 микролитра, като включва и най-малкия и най-големия обем. Ще бъдат отстранявани участници, чийто продукт попада в диапазона 20-100 микролитра, но не го обхваща изцяло.

РЕКТОР:

/ проф. д-р Виктор Златков, дм /



МГ/РБ