

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка - открита процедура с предмет: „Доставка на апаратура и специализирано оборудване за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009г., финансиран от ФНИ,МОН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет - София и Медицински университет - Пловдив по 13 обособени позиции", № в РОП 00398-2017-0012.

Въпрос 1: В обособена позиция 1 „Фризер за дълбоко замразяване“, има изискване за охлаждаща система с два компресора. Възложителя ще приеме ли оферта за фризер с дълбоко замразяване с един компресор, като се вземат под внимание предимствата на този вид система, по-малка консумация на енергия, по-голяма надеждност и по-ниски разходи за профилактика.

Отговор: Ще бъдат допуснати оферти отговарящи на изискванията на Възложителя посочени в Приложение 1а - Техническа спецификация - за охлаждаща система с два компресора.

Въпрос 2: В обособена позиция номер 2 с подпозиции 2.1 и 2.2 са посочени изисквания за енергиен клас А++ и технологии No Frost и Smart Frost, които са характерни за домакински уреди.

Изискването за точни и широки температурни диапазони съответства на професионални уреди, които нямат енергийни класове и технологии за размразяване като домакинските.

Тъй като двата критерия са самоизключващи се Възложителя ще допусне ли уреди съответстващи на всички изисквания с изключение на енергиен клас и технология на размразяване?

Отговор: Ще бъдат допуснати оферти отговарящи на изискванията на Възложителя посочени в Приложение 1а - Техническа спецификация независимо дали хладилниците са домакински или професионални.

Въпрос 3: В Приложение № 1 Пълно описание на предмета на поръчката е посочено следното: „*Предлаганите от участниците артикули да имат СЕ марки*”.

В Приложение № 2 Указание за подготовка на офертата, по отношение съдържание на офертата за изпълнение на поръчката е посочено в „т.3.8. *СЕ марка за всички предлагани артикули*”.

Така поставено изискването следва да се разбира като задължителни за всички обособени позиции.

Тъй като Обособена позиция № 12 LIMS система, по същество е софтуерен продукт, а не апаратура/оборудване и не подлежи на СЕ маркировка, моля уточнете как да се процедира по повод това изискване?

Отговор: Не е необходимо участникът да представи СЕ маркировка за софтуерния продукт.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

РЕКТОР:
ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, дм

