

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**Относно:** постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, относно обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, по 95 обособени позиции“

**Писмото ни касае:**

Техническа спецификация по Обособена позиция №66 „Дигитален рН-метър“

**Въпрос:**

Тъй като никъде в спецификацията не е упоменато, моля уточнете с какви електроди/сензори да бъде окомплектован така специфицирания електрохимичен инструмент?

От Вашия точен и изчерпателен отговор зависи представянето на пълни, коректни и съпоставими оферти от всички участници, които в максимална степен да покриват Вашите изисквания.

**Нямаме се на бърз и изчерпателен отговор и предварително Ви благодарим!**

**ОТГОВОР:**

Няма изискване, дигиталният рН-метър, предмет на Обособена позиция № 66, да бъде окомплектован с електроди/сензори.

РЕКТОР:

Заличено на основание чл.2  
от ЗЗЛД

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ ДМ

