

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, по 95 обособени позиции“ и във връзка с влязло в сила Разпореждане № Ротк ЗОП-258/28.08.2017 г. на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, съдържащо отказ от образуване на производство по жалба с вх. № ВХР-1676/03.08.2017 г. в деловодството на КЗК.

Моля за разяснение относно документацията и заложените техническите спецификации по горепосочената обществена поръчка по следните въпроси:

ВЪПРОС:

1. Относно обособена позиция 71 „Многоканални автоматични пипети 50 – 1000 микролитра“, моля да уточните колко канални пипети са Ви необходими: 8 или 12 канални.

Моля да потвърдите посочения капацитет от 50 до 1000 мкл., тъй като многоканалните пипети са предвидени за работа с ELISA плаки, които нямат възможност да поемат такъв голям обем. Реалния капацитет на пипетите е с примерни обхвати 0,5 до 10; 5 до 50, 20 до 200 или 40 -350 мкл, които са стандартни обеми за всички производители и това ни кара да смятаме, че е допуснатата техническа грешка при определяне на необходимият обхват.

ОТГОВОР : Възложителят ще приеме многоканални автоматични пипети и с 8 и с 12 канала. Посоченият обхват, касае единствено наименованието на обособената позиция. Обхватът на многоканалните автоматични пипети, предмет на обособена позиция № 71, се оферира от участниците.

ВЪПРОС:

2. Относно обособена позиция 72 „Едноканални автоматични пипети с променлив обем – 50 – 1000 микролитра“

Моля да потвърдите изисквания обхват от 50 до 1000 мкл., тъй като стандартния обхват за този вид пипети е от 100 до 1000 микролитра.

ОТГОВОР: Посоченият обем, касае единствено наименованието на обособената позиция. Обхватът на едноканалните автоматични пипети, предмет на обособена позиция № 72, се оферира от участниците.

ЗАМ.РЕКТОР:

Заличено на основание чл.2 от ЗЗ.ЛД

/проф.д-р Радомир Любомиров Угринов, д-р
с възложени правомощия по чл.7, ал.2 от ЗОП,
съгласно Заповед №РК/36-1383/23.08.2017г./