

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

София 1431, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" 15, тел. 02/952 3791, 02/9152 129
факс: 02/953 2816, e-mail: medun_rector@abv.bg, rector@mu-sofia.bg, www.mu-sofia.bg



РЕКТОРАТ

№ 3198 Дата 11.03.2018 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, относно обществена поръчка с предмет: „**Доставка на медицинска апаратура, оборудване и симулатори/модели за учебни цели по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, договор с № от ИСУН BG16RFOP001-3.003-0013-C01, с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ по 3 обособени позиции“, в законоустановения срок давам следните разяснения:**

Въпрос:

По ОП № 2, точка 7 - В описанието е зададено, че стерилизаторът трябва да има температурен диапазон от 140 до 250°C. При условие, че стерилизацията със сух стерилизатор се извършва при температура от 165°C, и стандартите за температурна горна граница при сухите стерилизатори е 200°C, може ли да се предложи стерилизатор с диапазон до 200°C и това би ли било прието?

Отговор:

Заложеният по-широк диапазон е с цел да не бъдат поставяни ограничителни и дискриминационни условия и да могат да участват по-голям брой участници. Предвид горното, и факта, че стерилизаторите са за учебни цели, Възложителят ще приеме и предложение за сух стерилизатор който се включва в посочения от Възложителя диапазон.

Въпрос:

По ОП №3, точка 10 - В описанието на Симулатор за интрамускулно инжектиране е посочено, че трябва да има резервен комплект кожа. Тъй като този симулатор не е за интрадермално инжектиране, може ли да се предложи и би ли бил приет симулатор, модел на долната част на човешки торс, подходящ за многократна употреба - инжектиране в глутеалната и бедрена мускулатура, изработен от материали, симулиращи естествена мускулатура, но който не е със сменяемо покритие от изкуствена кожа, респективно не е с резервен комплект кожа?

Отговор:

В случай, че производителят предлага симулатор за интрамускулно инжектиране от подходящ, достатъчно издръжлив материал на кожата, която да поеме голям брой инжекции, без да останат видими белези и без да бъде засегнат външния вид на модела, и поради тази причина не се предвижда резервен комплект кожа, Възложителят ще приеме предложение за симулатор за интрамускулно инжектиране без резервен комплект кожа, като по-добро.

РЕКТОР:

на основание чл.2 от ЗЗЛД

/проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм/



МГ/ЛЖ