

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 45 обособени позиции“.

В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 45 обособени позиции“ в чатта по Обособена позиция №31 „МИКРО УЛТРАЕФЕКТИВЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ ЗА РАБОТА ПРИ НИСКИ ПОТОЦИ И ВИСОКИ НАЛЯГАНИЯ“.

На основание на чл. 33 (1) от ЗОП, бихме желали да направите следните уточнение във връзка с горепосочената процедура:

- В Техническата спецификация на обособена позиция №31 има изискване за „Кит за свързване към ESI и наноспрей интерфейси към масспектрометър.“

За да предложим подходящият за свързване кит, моля уточнете точните марка и модел на масспектрометъра и ESI и наноспрей интерфейсите към него.

Отговор: Във връзка с направено запитване за уточнение на техническата спецификация на обособена позиция № 31, относно изискването „кит за свързване към ESI и наноспрей интерфейси към масспектрометър“ правим следното уточнение: Изискваната от Възложителя система трябва да може да се интегрира към вече съществуващи детектори, в конкретния случай масспектрометър. Понастоящем възложителят разполага с няколко масспектрометъра, производство на фирмата Thermo Fisher Scientific и ще я използва с тях. Оферираното от участниците трябва да има хардуерните изходи (капиляри и кабели) и софтуерни компоненти (драйвери), които да осигуряват комуникация с масспектрометри, производство на фирмата Thermo Fisher Scientific.

РЕКТОР: Залчено на основание чл.2 от ЗЗЛД

/ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ/

