

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 45 обособени позиции“ и във връзка с влязло в сила Определение № 73/25.01.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), по преписка № КЗК – 67/2018 г., с което на основание чл. 213, ал. 1, т. 3 от ЗОП е прекратено производството, поради оттегляне на жалбата.

Искане на разяснения по открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, по 45 обособени позиции“, обособена позиция № 21 „Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения“

В Техническата спецификация, Възложителят е поставил следното изискване: „Системата да притежава екран за демонстрация, който: Да бъде с размери не по-малък от 125 см.“

Въпрос № 1. Молим за уточнение дали под размери на екрана не по-малък от 125 см., се има предвид диагонал на екрана?

Отговор: Да, Системата следва да притежава екран за демонстрация, който да бъде с размер не по-малък от 125 см., като се има предвид диагонал на екрана.

Въпрос № 2. Възложителят ще приеме ли за изпълнено горесцитираното изискване, ако екранът бъде изграден от няколко (два или повече) съчленени дисплея („долепени“ дисплеи/екрани в или извън общо шаши) с цел постигане на размери не по-малки от 125 см или екранът на системата трябва да бъде изграден от една цялостна матрица (един цялостен/монолитен дисплей/екран с размери минимум 125см)

Отговор: Изискването на Възложителя е „Системата да притежава екран за демонстрация“, който трябва да бъде единен, с размер не по-малък от 125 см, а не съчленен или долепен с повече от един дисплей.

РЕКТОР:

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

