

## СТАНОВИЩЕ

От

Проф. Ирини Дойчинова,  
Доц. Параскев Недялков,  
Гл.ас. Явор Митков  
Инж. Бойко Колев

експерти в комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции“**

Извършена бе проверка на допуснатите участници за съответствие на подадените технически предложения с предварително обявените условия на възложителя, както и проверка на съответствието на предлаганата специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава, с предложените модели в извлеченията от фирмени брошури и каталози. Проверено бе и съответствието на производителите, посочени в представените документи за упълномощаване (оторизационни писма) с производителите, посочени в Таблицата за техническо съответствие- Образец № 2а на съответните участници.

В качеството си на експерти, констатирахме следното:

**1. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - участва по обособена позиция № 7**

Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

**2. "Аналитичен сервиз и консултации" ЕООД - участва по обособени позиции №№ 2 и 6**

**Обособена позиция №2** - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферирал климатичен инкубатор с възможност за контролиране на влажността в граници 50%~80% при включена лампа, докато изискването на Възложителя е 5%~85%. Не е налична активна циркулация на въздуха в камерата, каквото е изискването на Възложителя. Участникът е декларирал съответствие по този показател, но в приложената брошура, както и при извършената проверка на интернет страницата на производителя, не бе открита информация за наличието на активна циркулация на въздуха в камерата на оферирания модел. Оферираният климатичен инкубатор е с възможност за поставяне на 3 рафта на различна височина в камерата, а изискването на Възложителя е не по-малко от 5 рафта.

**Обособена позиция №6** - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е декларирал пълно съответствие на оферирания автоматична система за флаш-хроматография с UV и ELSD детекция с изискванията на Възложителя, вкл. и по-добри показатели. При извършената проверка на интернет

страницата на производителя беше установено, че детектора на оферираната система може да отчита абсорбция в UV диапазон 200-800 nm, докато изискването на Възложителя е UV диапазон 200-850 nm. В представената от участника извадка от каталог/брошура липсва информация за наличието на компресор за сгъстен въздух, каквото е изискването на Възложителя. При извършената проверка на интернет страницата на производителя, такава също не беше намерена.

### **3. "Лабприм" ЕООД - участва по обособена позиция № 6**

Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

### **4. "Лабтех" ЕООД - участва по обособена позиция № 2**

**Обособена позиция №2** - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е оферира климатична камера модел KKS 240 – KK/IL/240/FIT D. Така записаното обозначение представлява комбинация от няколко уреда и опции, които са несъвместими, видно от приложените извадки от каталози и направена проверка на интернет страницата на производителя. KKS 240 е климатична камера с паров овлажнител, KK – климатична камера с ултразвуков овлажнител, а IL/240/FIT D е фитотронна система за охлаждаеми инкубатори, като FIT D не се предлага за климатични камери и инкубатори с обем на камерата 245 л (моделите KKS 240, KK 240, IL 240). Освен това, изискването на Възложителя е за вътрешни размери на камерата не по-големи от 55x50x120см (ширина/дълбочина/височина), а предложената камера е с размери 60x51x80см.

### **5. "ДАНС ФАРМА" ЕООД - участва по обособени позиции №№ 3 и 9**

Предложенията на участника по ОП 3 и ОП 9 отговарят на изискванията на Възложителя.

### **6. "Биомедика България" ЕООД - участва по обособена позиция № 8**

Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

### **7. "Лабко" ЕООД - участва по обособени позиции №№ 10, 11, 12 и 13**

Предложенията на участника по ОП 10, 11, 12 и 13 отговарят на изискванията на Възложителя.

### **8. "АСМ2" ЕООД - участва по обособени позиции №№ 4, 14, и 15**

Предложенията на участника по ОП 4, 14 и 15 отговарят на изискванията на Възложителя.

**9. "Елта 90М" ООД - участва по обособена позиция № 6**

**Обособена позиция №6** - предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferiral автоматична система за флаш-хроматография с UV и ELSD детекция, чиито UV детектор е с диапазон на детекция 200-800 nm, вместо изисквания 200-850 nm. В приложената брошура за компресора липсва информация за наличие на филтър с големина на порите 0.01 µm, през който да се филтрира въздуха.

**10. "ФОТ" ООД - участва по обособена позиция № 5**

Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Изготвили становището:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Проф. Ирина Дойчинова, дхн

**ЧЛЕНОВЕ:** 1. доц. Параскев Недялков, дф

2. гл.ас. Явор Митков, дф

3. Инж. Бойко Колев

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

17.04.2019 год.

гр. София