



# МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ РЕКТОРАТ

София 1431, Бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ 15

тел.: +359 2 9152 129, факс: +359 2 953 2816, e-mail: rector@mu-sofia.bg, www.mu-sofia.bg

Изх. №

430, 25.02.2020

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Относно:** постъпило писмено запитване от лице, съдържащо искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, в обществена поръчка – открита процедура с предмет: „**Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции**“, в законоустановения срок давам следните разяснения:

По **Обособена позиция № 2 - Климатична камера за провеждане на тестове за стабилност в съответствие с ICH директива Q1A** са посочени следното минимално изискване към апаратурата (Образец 2а: Таблица за техническо съответствие по артикули, т.2.1):

*Температурни данни (без влага):*

*о Температурен обхват: 0 до 70°C с резолюция 0.10°C;*

**Въпрос:** Ще приемете ли за съответстващо на посочените минимални изисквания предложение за климатична камера, която провежда тестове за стабилност в съответствие с ICH директива Q1A и е с температурен обхват: -10 до 60°C (Температурни данни (без влага))?

**Отговор:** Възложителят би приел артикул, чиито спецификации покриват или са по-добри от заложените минимални изисквания.

РЕКТОР:

Заличено на осн.  
чл.36а, ал.3 от  
ЗОП

/проф. д-р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, дм/



МГ/ХБ