

ДО
РЕКТОРА НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

Д О К Л А Д

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РК 36 – 420/13.03.2020 г. и Заповед № РК 36 – 1565/26.06.2020 г. (за удължаване срока на работата на комисията) на Ректора на Медицински университет – София, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”.

В изпълнение на Заповед № РК 36 – 420/13.03.2020 г. и Заповед № РК 36 – 1565/26.06.2020 г. (за удължаване срока на работата на комисията) на Ректора на Медицински университет – София, за отваряне, разглеждане и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Фурнаджиева – правоспособен юрист.

ЧЛЕНОВЕ:

1. проф. д-р Юлия Петрова, дмн – Катедра по „Неврология“ в Медицински факултет при Медицински университет – София.

2. доц. Валентин Лозанов, дб – Катедра по „Медицинска химия и биохимия” в Медицински факултет при Медицински университет – София.

3. Михаела Денчева – експерт в отдел „Административен” на Медицински факултет при Медицински университет – София.

4. инж. Стефан Велев – външен експерт с № ВЕ-1251 към АОП.

се събра на 13.07.2020 г. от 14:00 часа, със задача – изготвяне на Доклад за резултатите от работата си по отваряне, разглеждане, оценка на постъпилите оферти и

класиране на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”.

I. Обща информация

В срока за подаване на оферти за участие са приети 21 броя /двадесет и един/ оферти (опаковки), както следва:

- Оферта вх. № 1/11.03.2020 г., подадена в 09:35 ч. на „Софарма Трейдинг” АД – участващо за обособена позиция № 31;
- Оферта вх. № 2/11.03.2020 г., подадена в 11:29 ч. на Обединение по ЗЗД „Аквахим 2020 – Микроскопи” – участващо за обособена позиция № 25;
- Оферта вх. № 3/11.03.2020 г., подадена в 12:00 ч. на „Екос Медика” ООД – участващо за обособена позиция № 46;
- Оферта вх. № 4/11.03.2020 г., подадена в 13:00 ч. на „Алмасоник” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 1 и 21;
- Оферта вх. № 5/11.03.2020 г., подадена в 14:29 ч. на „Биомедика България” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 41 и 44;
- Оферта вх. № 6/12.03.2020 г., подадена в 08:52 ч. на „Адитус” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 22, 23 и 24;
- Оферта вх. № 7/12.03.2020 г., подадена в 09:52 ч. на „Илан Медицинска Апаратура” ООД – участващо за обособени позиции №№ 4, 10 и 15;
- Оферта вх. № 8/12.03.2020 г., подадена в 09:58 ч. на „МТИ” ООД – участващо за обособени позиции №№ 5, 9, 35, 36, 37 и 39;
- Оферта вх. № 9/12.03.2020 г., подадена в 10:11 ч. на „Парамедика” ООД – участващо за обособена позиция № 27;
- Оферта вх. № 10/12.03.2020 г., подадена в 11:09 ч. на „Лабко” ЕООД – участващо за обособена позиция № 51;
- Оферта вх. № 11/12.03.2020 г., подадена в 11:40 ч. на „Интер Бизнес 91” ЕООД – участващо за обособена позиция № 16;
- Оферта вх. № 12/12.03.2020 г., подадена в 13:14 ч. на „Интернешънъл Медикъл Дистрибушън” ЕООД – участващо за обособена позиция № 34;
- Оферта вх. № 13/12.03.2020 г., подадена в 13:50 ч. на „Ви енд Ди Сървисис” ООД – участващо за обособени позиции №№ 3, 6, 7, 8, 12, 13 и 38;
- Оферта вх. № 14/12.03.2020 г., подадена в 13:56 ч. на „Лабимекс” АД – участващо за обособена позиция № 49;
- Оферта вх. № 15/12.03.2020 г., подадена в 14:08 ч. на „РСР” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 25, 26 и 48;
- Оферта вх. № 16/12.03.2020 г., подадена в 14:20 ч. на „С&Т България” ЕООД –

- участващо за обособени позиции №№ 11, 29 и 30;
- Оферта вх. № 17/12.03.2020 г., подадена в 14:36 ч. на „Инфомед” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 2, 17, 20, 26, 28, 33, 39 и 43;
 - Оферта вх. № 18/12.03.2020 г., подадена в 14:52 ч. на „Антисел България” ООД – участващо за обособени позиции №№ 40, 41, 42 и 44;
 - Оферта вх. № 19/12.03.2020 г., подадена в 15:09 ч. на „Софарма Трейдинг” АД – участващо за обособена позиция № 19;
 - Оферта вх. № 20/12.03.2020 г., подадена в 15:48 ч. на „Елта 90М” ООД – участващо за обособени позиции №№ 47, 49, 50 и 51;
 - Оферта вх. № 21/12.03.2020 г., подадена в 15:51 ч. на „Елпак Лизинг” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 13, 34 и 51.

II. Предложение за отстраняване на участници

1. Комисията предлага на Възложителя да **отстрани участника „Инфомед” ЕООД от участие по обособена позиция № 26** на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника „Инфомед” ЕООД по обособена позиция № 26 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията установи, че предлаганият апарат по обособена позиция № 26 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Въведено е изискване апаратът да има електрохирургичен генератор, с „едновременна споделена (съвместна) фулгурация за два монополярни инструмента“ и „едновременен споделен (съвместен) спрей за два монополярни инструмента“. Тези два режима притежават споделена софтуерна и хардеурна функционалност, давайки възможност да се използват два монополярни инструмента едновременно. Предлаганият от участника генератор притежава физическите изводи да свърже два инструмента, но в представените данни в каталозите липсва информация че генераторът е пригоден за едновременна работа с два монополяра.

Въведено е изискване генераторът да притежава: „Вътрешна памет: минимум 6GB“. В представените от участника каталози липсват данни за размера на вътрешната памет.

Въведено е изискване генераторът да притежава: „С аргон-доставящо устройство“. Видно от каталозите, представени от участника, генераторът няма възможност за работа „С аргон-доставящо устройство“.

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 26 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не

притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представените каталози.

2. Комисията предлага на Възложителя да **отстрани участника „Инфомед” ЕООД от участие по обособена позиция № 39** на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника „Инфомед” ЕООД по обособена позиция № 39 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията установи, че предлаганият апарат по обособена позиция № 39 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Введено е изискване за „Тристепенен фокусен механизъм за грубо, средно и фино фокусиране. Регулиране на височината на ръкохватките за ергономична работа“. Видно от представените каталози, апаратът има дустепенен механизъм за фокусиране за грубо и фино фокусиране, без възможност за средно. Едновременно с това регулирането на височината на ръкохватките на фокусния механизъм не е налице.

Введено е изискване за „Бинокулярна зрителна глава с трети изход за камера, видимо поле 25мм“. В представените каталози не фигурира информация за зрителното поле на биокулярната глава с „видимо поле 25мм“.

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 39 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представените каталози.

3. Комисията предлага на Възложителя да **отстрани участника „Елпак Лизинг” ЕООД от участие по обособена позиция № 13** на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника „Елпак Лизинг” ЕООД по обособена позиция № 13 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията установи, че предлаганият апарат по обособена позиция № 13 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Введено е изискване апаратът да има: “Импедансно дишане с измервателен обхват 1 до 200 1/мин“. В представената от участника брошура измервателният обхват е „0-120 за възрастни и 0-150 за педиатрични/новородени“.

Введени са изисквания апаратът да притежава и:

„Модулен пациентен монитор с цветен дисплей с диагонал на екрана поне 12“ и резолюция мин. 1280 x 800, с автоматично регулиране на яркостта“. В представените брошури липсват данни за „автоматично регулиране на яркостта“;

„Управление на менютата чрез сензорно управление поддържащо мултитъч операции“ В представените брошури липсват данни за „Управление на менютата чрез сензорно управление поддържащо мултитъч операции“;

„Памет за съхранение на мин. 240 часа тренд записи с резолюция мин. 1 минута, мин. 2000 събития, мин. 2000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие“, мин. 400 оксикардиореспираграми с графичен интерфейс за ABD събития (Апнея, Брадикардия, Десатурация)“. В представените брошури липсват данни за резолюция и за мин. 400 оксикардиореспираграми с графичен интерфейс за ABD събития (Апнея, Брадикардия, Десатурация);

„Да има вградени специализирани софтуерни подпомагащи приложения за първоначална и последваща оценка на нивото на съзнание на пациента по скалата на Глазгоу, за разпознаване на пациенти, чиито физиологични състояния са изложени на риск от влошаване и класифициране по класификатор EWS (или аналогичен) и за 24 часов ЕКГ обобщен отчет“. В представените брошури липсват каквито и да са данни за „вградени специализирани софтуерни подпомагащи приложения за първоначална и последваща оценка на нивото на съзнание на пациента по скалата на Глазгоу, за разпознаване на пациенти, чиито физиологични състояния са изложени на риск от влошаване и класифициране по класификатор EWS (или аналогичен) и за 24 часов ЕКГ обобщен отчет“;

„Наличие на калкулатор за лекарства, хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации“. В представените брошури липсват данни за „Наличие на калкулатор за лекарства, хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации“;

„Две инвазивни кръвни налягания с измервателен обхват - 50 до + 350 mmHg. Мониторирание на вариацията (флукуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с измервателен обхват 0 до 50%. Да поддържа измерване на пулмонално артериално вклинено налягане и интракраниално налягане“. В представените брошури липсват данни за „Две инвазивни кръвни налягания с измервателен обхват - 50 до + 350 mmHg. Мониторирание на вариацията (флукуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с измервателен обхват 0 до 50%. Да поддържа измерване на пулмонално артериално вклинено налягане и интракраниално налягане“;

„Детекция и мониториране на смес от два летливи анестетици“. В представените брошури липсват данни за „Детекция и мониториране на смес от два летливи анестетици“;

„Изобразяване на минималната алвеоларна концентрация MAC коригирана спрямо възрастта на пациента“. В представените брошури липсват данни за

„Изобразяване на минималната алвеоларна концентрация МАС коригирана спрямо възрастта на пациента“.

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 13 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представените брошури.

4. Комисията предлага на Възложителя да **отстрани участника „Елпак Лизинг“ ЕООД от участие по обособена позиция № 34** на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Мотиви за отстраняване:

Предложението на участника „Елпак Лизинг“ ЕООД по обособена позиция № 34 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията установи, че предлаганият апарат по обособена позиция № 34 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Въведено е изискване апаратът да има „Моторизиран фокус с една предна леща, диапазон 200-450мм работна дистанция“. Видно от представената от участника брошура предлаганият апарат няма моторизиран фокус с една предна леща, с диапазон 200-450мм работна дистанция. Видно от брошурата „Kaps Variö Objective“ е с размер $f=200\text{mm to }400\text{mm}$. Не се припокрива диапазона от 400 до 450мм, каквото е изискването на техническата спецификация: моторизиран фокус с една предна леща, диапазон 200-450мм работна дистанция.

Въведено е изискване: „Стойката на микроскопа е подова. Дължина на рамото на стойката: минимум 1550мм. Носещ капацитет на стойката: да позволява минимум 19кг или повече“. Видно от представената брошура „Дължина на рамото на стойката е 1295мм/475мм+820мм/. Липсва информация за носещ капацитет на стойката.

Въведени са изисквания апаратът да притежава и:

„Моторизирано увеличение. Горната граница на абсолютното увеличение, да не е по-малко от 26 пъти“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „горната граница на абсолютното увеличение , да не е по-малко от 26 пъти“;

„Стереο база: 25мм или по-голяма“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „стереο база 25мм или по-голяма“;

„Моторизиран X-Y куплунг“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „моторизиран X-Y куплунг“;

„Микроскопът да има допълнително асистентско място, с наклоняеми окуляри“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „наклоняемост на окулярите на асистентското място“;

„Микроскопът има медицинска система за записване. Има медицински софтуер за архивиране, избор на пациент. Системата за видео наблюдение е с touch-screen дисплей с размер минимум 21“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването, че „системата за записване е медицинска“, както и липсва информация за „наличност на медицински софтуер, позволяващ архивиране, избор на пациент“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването, че „системата за видео наблюдение е с touch-screen дисплей“;

„Микроскопът има 3 chip HD камера“. В представената брошура липсва информация, че „камерата е с 3 chip HD камера“;

„Стойката е с електромагнитни спирачки по трите оси“. В представената брошура липсва информация, че стойката е с електромагнитни спирачки по трите оси. Предлаганият апарат притежава „Free Motion“, което се отнася за главата на микроскопа, а не за стойката;

„Стойката е с моторизиран баланс“. В представената брошура липсва информация „стойката да има моторизиран баланс“;

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 34 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представената брошура.

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договори с класираните на първо място участници

Комисията извърши класиране за определяне на икономически най-изгодна оферта въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:

- К1 – Предлагана цена – 60 т.
- К2 – Гаранционен срок – 25 т.
- К3 – Срок на доставка – 15 т.
- Максимален общ сбор от точки – 100

Комплексна оценка (КО):

КО (макс. 100 т.) = К1 (макс. 60 т.) + К2 (макс. 25 т.) + К3 (макс. 15 т.).

Максималния брой точки на комплексната оценка, който може да бъде получен от участник е 100 (сто).

Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място за съответната обособена позиция, както следва:

Т А Б Л И Ц А
ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

МЯСТО	УЧАСТНИК / обособена позиция №	Общ бр. точки по показ. К2+К3 /макс. 40/	Точки по показа- тел К1 /макс. 60/	Комплексна оценка Макс. 100 т. КО=К1+К2+К3
Обособена позиция № 1				
Първо	„Алмасоник” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 2				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 3				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 4				
Първо	„Илан Медицинска Апаратура” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 5				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 6				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 7				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 8				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 9				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 10				
Първо	„Илан Медицинска Апаратура” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 11				
Първо	„С&Т България” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 12				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 13				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 15				

Първо	„Илан Медицинска Апаратура” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 16				
Първо	„Интер Бизнес 91” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 17				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 19				
Първо	„Софарма Трейдинг” АД	40	60	100
Обособена позиция № 20				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 21				
Първо	„Алмасоник” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 22				
Първо	„Адитус” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 23				
Първо	„Адитус” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 24				
Първо	„Адитус” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 25				
Първо	„РСР” ЕООД	40	60	100
Второ	Обединение по ЗЗД „Аквахим 2020 – Микроскопи”	11.13	59.19	70.32
Обособена позиция № 26				
Първо	„РСР” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 27				
Първо	„Парамедика” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 28				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 29				
Първо	„С&Т България” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 30				
Първо	„С&Т България” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 31				
Първо	„Софарма Трейдинг” АД	40	60	100
Обособена позиция № 33				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 34				
Първо	„Интернешънъл Медикъл Дистрибушън” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 35				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100

Обособена позиция № 36				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 37				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 38				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 39				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 40				
Първо	„Антисел България” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 41				
Първо	„Антисел България” ООД	40	59.73	99.73
Второ	„Биомедика България” ЕООД	31.43	60	91.43
Обособена позиция № 42				
Първо	„Антисел България” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 43				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 44				
Първо	„Биомедика България” ЕООД	31.43	60	91.43
Второ	„Антисел България” ООД	31.67	39.96	71.63
Обособена позиция № 46				
Първо	„Екос Медика” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 47				
Първо	„Елта 90М” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 48				
Първо	„РСР” ЕООД	40	60	100
Обособена позиция № 49				
Първо	„Елта 90М” ООД	34.38	59.66	94.04
Второ	„Лабимекс” АД	25	60	85
Обособена позиция № 50				
Първо	„Елта 90М” ООД	40	60	100
Обособена позиция № 51				
Първо	„Елпак Лизинг” ЕООД	40	49.98	89.98
Второ	„Елта 90М” ООД	26.13	60	86.13
Трето	„Лабко” ЕООД	11.13	58.42	69.55

Комисията предлага на Възложителя да обяви за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции” и сключи договори с класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва:

1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ С КОРЕМЕН И ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР” за Катедра по „Акушерство и гинекология” – „Алмасоник” ЕООД.
2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ПОРТАТИВНА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН СОФТУЕР” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Инфомед” ЕООД.
3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
4. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „СТАНЦИЯ – СИСТЕМА ОТ ПЕРФУЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИНФУЗИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Илан Медицинска Апаратура” ООД.
5. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „МТИ” ООД.
6. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „РЕСПИРАТОР ЗА ДИХАТЕЛНА РЕАНИМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПАТОЛОГИИ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
7. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 „ИНТЕНЗИВЕН МОДУЛЕН МОНИТОР” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
8. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН МОНИТОР” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
9. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 „АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „МТИ” ООД.

10. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 „СТАНЦИЯ - СИСТЕМА ОТ ПЕРФУЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИНФУЗИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Илан Медицинска Апаратура” ООД.
11. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 „АПАРАТ ЗА ИНВАЗИВНА И НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „С&Т България” ЕООД.
12. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
13. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 „ПАЦИЕНТСКИ МОНИТОР” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
14. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „СТАЦИОНАРНА ЦИФРОВА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА” за Катедра по „Вътрешни болести” – „Илан Медицинска Апаратура” ООД.
15. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 „СИСТЕМА ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ТЕЛЕРЕХАБИЛИТАЦИЯ” за Катедра по „Вътрешни болести” – „Интер Бизнес 91” ЕООД.
16. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 „ВИДЕОГАСТРОСКОП ЗА ДИАГНОСТИЧНА И ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ, СЪВМЕСТИМ С НАЛИЧНИТЕ ВИДЕОЕНДОСКОПСКИ СИСТЕМИ OLYMPUS EVIS EXERA II И OLYMPUS EVIS EXERA III” за Катедра по „Гастроентерология” – „Инфомед” ЕООД.
17. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 „АПАРАТ ЗА ТРАНЗИЕНТНА ЕЛАСТОГРАФИЯ” за Катедра по „Гастроентерология” – „Софарма Трейдинг” АД.
18. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 „КУЛА ЗА ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ С ОПЦИЯ ЗА ИНФРАЧЕРВЕНО НАБЛЮДЕНИЕ С FULL HD КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ВГРАДЕН В СЪЩИЯ МОДУЛ ИЗТОЧНИК НА СТУДЕНА LED СВЕТЛИНА” за Катедра по „Гастроентерология” – „Инфомед” ЕООД.
19. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 „ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ” за Катедра по „Ендокринология” – „Алмасоник” ЕООД.

20. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 „ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА” за Катедра по „Неврология” – „Адитус” ЕООД.
21. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 „TITLE МАСА - ЗА ОЦЕНКА НА ОРТОСТАТИЧНИ ПРОМЕНИ” за Катедра по „Неврология” – „Адитус” ЕООД.
22. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 „АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОЗА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕВРОПАТИЯ НА МАЛКИТЕ И АВТОНОМНИ ВЛАКНА” за Катедра по „Неврология” – „Адитус” ЕООД.
23. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП, КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ С ЦИФРОВА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА И СОФТУЕР” за Катедра по „Обща и клинична патология” – „РСР” ЕООД.
24. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 „СЕКЦИЯ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ (ОКОМПЛЕКТОВАНА КОЛОНА – КУЛА)” за Катедра по „Обща и оперативна хирургия” – „РСР” ЕООД.
25. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 „СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО НАБЛЮДЕНИЕ И МОНИТОРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБРАЗИТЕ” за Катедра по „Обща и оперативна хирургия” – „Парамедика” ООД.
26. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 „ВИДЕОЕНДОСКОПСКА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПИЯ В ГОРЕН И ДОЛЕН ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ” за Катедра по „Обща и оперативна хирургия” – „Инфомед” ЕООД.
27. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 „КОМПАКТНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП С-РАМО С ТЪЧ СКРИЙН МОНИТОР И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСПЛЕЙ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА АРТИКУЛИРАЩО РАМО” за Катедра по „Ортопедия и травматология” – „С&Т България” ЕООД.
28. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 „КОМПАКТНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП С-РАМО С ТЪЧ СКРИЙН МОНИТОР И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСПЛЕЙ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА АРТИКУЛИРАЩО РАМО” за Катедра по „Ортопедия и травматология” – „С&Т България” ЕООД.

29. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 „КОМПЮТЪРЕН ПЕРИМЕТЪР” за Катедра по „Офталмология” – „Софарма Трейдинг” АД.
30. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33 „МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА С ДИРЕКТНА АУДИО-ВИЗУАЛНА ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК” за Катедра по „Урология” – „Инфомед” ЕООД.
31. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 „ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП ЗА УНГ И МИКРОХИРУРГИЯ” за Катедра по „Ушни, носни и гърлени болести” – „Интернешънъл Медикъл Дистрибушън” ЕООД.
32. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 „МОДУЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХОВИЯ АНАЛИЗАТОР” за Катедра по „Ушни, носни и гърлени болести” – „МТИ” ООД.
33. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 „АПАРАТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ С 4 АПЛИКАТОРА” за Катедра по „Физикална медицина и рехабилитация” – „МТИ” ООД.
34. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 „МОДУЛ ЗА ЛАЗЕРАКУПНКТУРА МОДЕЛ МРН1 75 ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА НАЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА MLS ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ МОДЕЛ МРН1 5” за Катедра по „Физикална медицина и рехабилитация” – „МТИ” ООД.
35. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 „ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛЕН КОМПЛЕКС - МОДУЛ 1 - ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА С ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОТРАНСФЕР И МОДУЛ 2 – ИНТЕГРИРАНА ЛАПАРОСКОПСКА СИСТЕМА 2D/3D FULL HD С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНА ДИАГНОСТИКА” за Катедра по „Хирургия” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
36. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 „МИКРОСКОПСКА СИСТЕМА ЗА КАРИОТИПИРАНЕ И FISH-АНАЛИЗ” за Катедра по „Медицинска генетика” – „МТИ” ООД.
37. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40 „СИСТЕМА ЗА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ СЕКВЕНИРАНЕ И ВИСОКОЧУВСТВИТЕЛНА И СПЕЦИФИЧНА АМПЛИФИКАЦИЯ НА ДНК В МИКРООБЕМИ – ДООКОМПЛЕКТОВКА КЪМ НАЛИЧНА АПАРАТУРА” за Катедра по „Медицинска химия и биохимия” – „Антисел България” ООД.
38. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 41 „СИСТЕМА ЗА ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (REAL TIME RT-PCR)” за Катедра по „Медицинска химия и биохимия” – „Антисел България” ООД.

39. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 42 „НАСТОЛНА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕКЦИЯ НА КЛЕТКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОПОРАЦИЯ НА КЛЕТКИ, ТИП "ЕЛЕКТРОННА ПИПЕТА"” за Катедра по „Медицинска химия и биохимия” – „Антисел България” ООД.
40. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 43 „МИКРОСКОП ТИП КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ С "ОПТИКА, КОРИГИРАНА ДО БЕЗКРАЙНОСТ"” за Катедра по „Вътрешни болести” – „Инфомед” ЕООД.
41. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 „АПАРАТ ЗА МУЛТИПЛЕКСЕН ГЕНОМЕН И ПРОТЕОМЕН БИОМАРКЕРЕН АНАЛИЗ” за Катедра по „Клинична имунология” – „Биомедика България” ЕООД.
42. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 46 „СИМУЛАТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРФУЗИОНИСТИ” за Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” – „Екос Медика” ООД.
43. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 47 „НАСТОЛЕН СЕКВЕНАТОР ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ, ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА С ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ НА МИКРООРГАНИЗМИ” за Катедра по „Медицинска микробиология” – „Елта 90М” ООД.
44. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 „УЧЕБЕН МИКРОСКОП” за Катедра по „Биология” – „РСР” ЕООД.
45. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 „УЛТРАЗВУКОВ ХОМОГЕНИЗАТОР” за Катедра по „Физиология” – „Елта 90М” ООД.
46. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 „СИСТЕМА ЗА ОБДИШВАНЕ НА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ” за Катедра по „Физиология” – „Елта 90М” ООД.
47. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 „ОКОМПЛЕКТОВАНА СИСТЕМА ЗА ИНДИРЕКТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ И ПУЛС НА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ” за Катедра по „Физиология” – „Елпак Лизинг” ЕООД.

IV. Предложение за прекратяване

Комисията предлага на Възложителя да издаде решение на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за прекратяване на обособени позиции №№ 14, 18 и 32, поради това, че за тези обособени позиции няма подадени оферти.

В съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, комисията изготви настоящия Доклад за резултатите от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили в открита процедура за възлаганена обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”.

Комисията приключи работата си по изготвяне на настоящия Доклад на 13.07.2020 г.

Комисията предава на Възложителя настоящия Доклад, заедно с изготвените протоколи –Протокол № 1/18.05.2020г., Протокол № 2/19.06.2020 г. и Протокол № 3/10.07.2020 г., които са неразделна част от този Доклад, както и цялата документация.

За верността на гореизложеното, комисията се подписва, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Фурнаджиева,
ЧЛЕНОВЕ:
1. проф. д-р Юлия Петрова, дмн
2. доц. Валентин Лозанов, дб
3. Михаела Денчева
4. инж. Стефан Велев
Заличено на осн. чл.37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679
Заличено на осн. чл.37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679
Заличено на осн. чл.37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679
Заличено на осн. чл.37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679
Заличено на осн. чл.37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Дата на получаване: 14.07 2020

РЕКТОР:

/ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ/

Дата на приемане на предложенията на комисията и утвърждаване: 15.07 2020 г.

РЕКТОР:

/ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ/