

# МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – РЕКТОРАТ

## РЕШЕНИЕ

№ РК 36–~~1683~~/...~~16~~...07.2020 г.

**за класиране на участниците, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции**

На основание чл. 108, т. 1 и т. 4, чл. 106, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП и въз основа на резултатите, отразени в утвърден от Възложителя на 15.07.2020 г. Доклад, Протокол № 1 от 18.05.2020 г., Протокол № 2 от 19.06.2020 г. и Протокол № 3 от 10.07.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № РК 36 – 420/13.03.2020 г. и Заповед № РК 36 – 1565/26.06.2020 г. (за удължаване срока на работата на комисията) на Ректора на Медицински университет – София за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”, открита с Решение за откриване на процедура № РК 36-179/05.02.2020 г. на Ректора на Медицински университет – София, Обявление за обществена поръчка с изх. № 448/05.02.2020 г., вписани в регистъра на АОП под номер на поръчката № 00398-2020-0003, Обявление за поръчка публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2020/S 027-061064.

### О Б Я В Я В А М:

#### **I. Оферти за участие в процедурата са подали следните участници:**

- Оферта вх. № 1/11.03.2020 г., – 09:35 ч. на „Софарма Трейдинг” АД – участващо за обособена позиция № 31;
- Оферта вх. № 2/11.03.2020 г., – 11:29 ч. на Обединение по ЗЗД „Аквахим 2020 – Микроскопи” – участващо за обособена позиция № 25;
- Оферта вх. № 3/11.03.2020 г., – 12:00 ч. на „Екос Медика” ООД – участващо за обособена позиция № 46;
- Оферта вх. № 4/11.03.2020 г., – 13:00 ч. на „Алмасоник” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 1 и 21;
- Оферта вх. № 5/11.03.2020 г., – 14:29 ч. на „Биомедика България” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 41 и 44;
- Оферта вх. № 6/12.03.2020 г., – 08:52 ч. на „Адитус” ЕООД – участващо за

- обособени позиции №№ 22, 23 и 24;
- Оферта вх. № 7/12.03.2020 г., – 09:52 ч. на „Илан Медицинска Апаратура” ООД – участващо за обособени позиции №№ 4, 10 и 15;
  - Оферта вх. № 8/12.03.2020 г., – 09:58 ч. на „МТИ” ООД – участващо за обособени позиции №№ 5, 9, 35, 36, 37 и 39;
  - Оферта вх. № 9/12.03.2020 г., – в 10:11 ч. на „Парамедика” ООД – участващо за обособена позиция № 27;
  - Оферта вх. № 10/12.03.2020 г., – 11:09 ч. на „Лабко” ЕООД – участващо за обособена позиция № 51;
  - Оферта вх. № 11/12.03.2020 г., – 11:40 ч. на „Интер Бизнес 91” ЕООД – участващо за обособена позиция № 16;
  - Оферта вх. № 12/12.03.2020 г., – 13:14 ч. на „Интернешънъл Медикъл Дистрибушън” ЕООД – участващо за обособена позиция № 34;
  - Оферта вх. № 13/12.03.2020 г., – 13:50 ч. на „Ви енд Ди Сървисис” ООД – участващо за обособени позиции №№ 3, 6, 7, 8, 12, 13 и 38;
  - Оферта вх. № 14/12.03.2020 г., – 13:56 ч. на „Лабимекс” АД – участващо за обособена позиция № 49;
  - Оферта вх. № 15/12.03.2020 г., – 14:08 ч. на „РСР” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 25, 26 и 48;
  - Оферта вх. № 16/12.03.2020 г., – 14:20 ч. на „С&Т България” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 11, 29 и 30;
  - Оферта вх. № 17/12.03.2020 г., – 14:36 ч. на „Инфомед” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 2, 17, 20, 26, 28, 33, 39 и 43;
  - Оферта вх. № 18/12.03.2020 г., – 14:52 ч. на „Антисел България” ООД – участващо за обособени позиции №№ 40, 41, 42 и 44;
  - Оферта вх. № 19/12.03.2020 г., – 15:09 ч. на „Софарма Трейдинг” АД – участващо за обособена позиция № 19;
  - Оферта вх. № 20/12.03.2020 г., – 15:48 ч. на „Елта 90М” ООД – участващо за обособени позиции №№ 47, 49, 50 и 51;
  - Оферта вх. № 21/12.03.2020 г., – 15:51 ч. на „Елпак Лизинг” ЕООД – участващо за обособени позиции №№ 13, 34 и 51.

## **II. Отстранени участници по обособени позиции:**

**1. „Инфомед” ЕООД се отстранява от участие по обособена позиция № 26 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.**

### **Мотиви за отстраняване:**

Предложението на участника „Инфомед” ЕООД по обособена позиция № 26 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Предлагаият апарат по обособена позиция № 26 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Въведено е изискване апаратът да има електрохирургичен генератор, с „едновременна споделена (съвместна) фулгурация за два монополярни инструмента“ и „едновременен споделен (съвместен) спрей за два монополярни инструмента“. Тези два режима притежават споделена софтуерна и хардеурна функционалност, давайки възможност да се използват два монополярни инструмента едновременно. Предлаганият от участника генератор притежава физическите изводи да свърже два инструмента, но в представените данни в каталозите липсва информация че генераторът е пригоден за едновременна работа с два монополяра.

Въведено е изискване генераторът да притежава: „Вътрешна памет: минимум 6GB“. В представените от участника каталози липсват данни за размера на вътрешната памет.

Въведено е изискване генераторът да притежава: „С аргон-доставящо устройство“. Видно от каталозите, представени от участника, генераторът няма възможност за работа „С аргон-доставящо устройство“.

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 26 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представените каталози.

## **2. „Инфомед” ЕООД се отстранява от участие по обособена позиция № 39 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.**

### **Мотиви за отстраняване:**

Предложението на участника „Инфомед” ЕООД по обособена позиция № 39 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Предлаганият апарат по обособена позиция № 39 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Въведено е изискване за „Тристепенен фокусен механизъм за грубо, средно и фино фокусиране. Регулиране на височината на ръкохватките за ергономична работа“. Видно от представените каталози, апаратът има дустепенен механизъм за фокусиране за грубо и фино фокусиране, без възможност за средно. Едновременно с това регулирането на височината на ръкохватките на фокусния механизъм не е налице.

Въведено е изискване за „Биокулярна зрителна глава с трети изход за камера, видимо поле 25мм“. В представените каталози не фигурира информация за зрителното поле на биокулярната глава с „видимо поле 25мм“.

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 39 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представените каталози.

**3. „Елпак Лизинг” ЕООД се отстранява от участие по обособена позиция № 13 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.**

**Мотиви за отстраняване:**

Предложението на участника „Елпак Лизинг” ЕООД по обособена позиция № 13 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Предлагащият апарат по обособена позиция № 13 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Въведено е изискване апаратът да има: “Импедансно дишане с измервателен обхват 1 до 200 l/мин“. В представената от участника брошура измервателният обхват е „0-120 за възрастни и 0-150 за педиатрични/новородени“.

Въведени са изисквания апаратът да притежава и:

„Модулен пациентен монитор с цветен дисплей с диагонал на екрана поне 12“ и резолюция мин. 1280 x 800, с автоматично регулиране на яркостта“. В представените брошури липсват данни за „автоматично регулиране на яркостта“;

„Управление на менютата чрез сензорно управление поддържащо мултитъч операции“ В представените брошури липсват данни за „Управление на менютата чрез сензорно управление поддържащо мултитъч операции“;

„Памет за съхранение на мин. 240 часа тренд записи с резолюция мин. 1 минута, мин. 2000 събития, мин. 2000 измервания на неинвазивно кръвно налягане, мин. 48 часа записи тип „пълно разкритие“, мин. 400 оксикардиореспираграми с графичен интерфейс за ABD събития (Апнея, Брадикардия, Десатурация)“. В представените брошури липсват данни за резолюция и за мин. 400 оксикардиореспираграми с графичен интерфейс за ABD събития (Апнея, Брадикардия, Десатурация);

„Да има вградени специализирани софтуерни подпомагащи приложения за първоначална и последваща оценка на нивото на съзнание на пациента по скалата на Глазгоу, за разпознаване на пациенти, чиито физиологични състояния са изложени на риск от влошаване и класифициране по класификатор EWS (или аналогичен) и за 24 часов ЕКГ обобщен отчет“. В представените брошури липсват каквито и да са данни за „вградени специализирани софтуерни подпомагащи приложения за първоначална и последваща оценка на нивото на съзнание на пациента по скалата на Глазгоу, за разпознаване на пациенти, чиито физиологични състояния са изложени на риск от влошаване и класифициране по класификатор EWS (или аналогичен) и за 24 часов ЕКГ обобщен отчет“;

„Наличие на калкулатор за лекарства, хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации“. В представените брошури липсват данни за „Наличие на калкулатор за лекарства, хемодинамични, оксигенационни, вентилационни и ренални калкулации“;

„Две инвазивни кръвни налягания с измервателен обхват - 50 до + 350 mmHg. Мониторинг на вариацията (флуктуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с измервателен обхват 0 до 50%. Да



поддържа измерване на пулмонално артериално вклинено налягане и интракраниално налягане“. В представените брошури липсват данни за „Две инвазивни кръвни налягания с измервателен обхват - 50 до + 350 mmHg. Мониториране на вариацията (флукуацията) на кръвното налягане в зависимост от респираторния цикъл (Pulse Pressure Variation) с измервателен обхват 0 до 50%. Да поддържа измерване на пулмонално артериално вклинено налягане и интракраниално налягане“;

„Детекция и мониториране на смес от два летливи анестетици“. В представените брошури липсват данни за „Детекция и мониториране на смес от два летливи анестетици“;

„Изобразяване на минималната алвеоларна концентрация MAC коригирана спрямо възрастта на пациента“. В представените брошури липсват данни за „Изобразяване на минималната алвеоларна концентрация MAC коригирана спрямо възрастта на пациента“.

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 13 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлаганият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представените брошури.

#### **4. „Елпак Лизинг“ ЕООД се отстранява от участие по обособена позиция № 34 на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.**

##### **Мотиви за отстраняване:**

Предложението на участника „Елпак Лизинг“ ЕООД по обособена позиция № 34 и приложенията към него не отговарят на изискванията на Възложителя. Предлаганият апарат по обособена позиция № 34 **не** отговаря на изискванията на Възложителя.

Несъответствията са, както следва:

Въведено е изискване апаратът да има „Моторизиран фокус с една предна леща, диапазон 200-450мм работна дистанция“. Видно от представената от участника брошура предлаганият апарат няма моторизиран фокус с една предна леща, с диапазон 200-450мм работна дистанция. Видно от брошурата „Kaps Vario Objective“ е с размер  $f=200\text{mm to }400\text{mm}$ . Не се припокрива диапазона от 400 до 450мм, каквото е изискването на техническата спецификация: моторизиран фокус с една предна леща, диапазон 200-450мм работна дистанция.

Въведено е изискване: „Стойката на микроскопа е подова. Дължина на рамото на стойката: минимум 1550мм. Носещ капацитет на стойката: да позволява минимум 19кг или повече“. Видно от представената брошура „Дължина на рамото на стойката е 1295мм/475мм+820мм/. Липсва информация за носещ капацитет на стойката.

Въведени са изисквания апаратът да притежава и:

„Моторизирано увеличение. Горната граница на абсолютното увеличение, да не е по-малко от 26 пъти“. В представената брошура липсва информация, че апаратът

отговаря на изискването за „горната граница на абсолютното увеличение , да не е по-малко от 26 пъти“;

„Стерео база: 25мм или по-голяма“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „стерео база 25мм или по-голяма“;

„Моторизиран X-Y куплунг“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „моторизиран X-Y куплунг“;

„Микроскопът да има допълнително асистентско място, с наклоняеми очуляри“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването за „наклоняемост на очулярите на асистентското място“;

„Микроскопът има медицинска система за записване. Има медицински софтуер за архивиране, избор на пациент. Системата за видео наблюдение е с touch-screen дисплей с размер минимум 21“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването, че „системата за записване е медицинска“, както и липсва информация за „наличност на медицински софтуер, позволяващ архивиране, избор на пациент“. В представената брошура липсва информация, че апаратът отговаря на изискването, че „системата за видео наблюдение е с touch-screen дисплей“;

„Микроскопът има 3 chip HD камера“. В представената брошура липсва информация, че „камерата е с 3 chip HD камера“;

„Стойката е с електромагнитни спирачки по трите оси“. В представената брошура липсва информация, че стойката е с електромагнитни спирачки по трите оси. Предлагаият апарат притежава „Free Motion“, което се отнася за главата на микроскопа, а не за стойката;

„Стойката е с моторизиран баланс“. В представената брошура липсва информация „стойката да има моторизиран баланс“;

Въпреки, че в Таблицата за техническо съответствие по артикули (по Образец № 3а) по обособена позиция № 34 е декларирано съответствие с техническите изисквания на Възложителя, предлагаият от участника апарат не притежава гореизброените изисквания. Данни за тях липсват и в представената брошура.

### **III. Класиране на участниците по обособени позиции:**

Съгласно обявен в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта – „оптимално съотношение качество/цена“ и на основание Доклад утвърден от Ректора на Медицински университет – София на 15.07.2020 г., Протокол № 1 от 18.05.2020 г., Протокол № 2 от 19.06.2020 г. и Протокол № 3 от 10.07.2020 г. от работата на комисия по отваряне, разглеждане, оценяване на офертите и класирането на участниците **ОБЯВЯВАМ** класирането по обособени позиции в откритата процедура с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-

преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”, както следва:

**Т А Б Л И Ц А**  
**ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА**

МЯСТО	УЧАСТНИК / обособена позиция №	Общ бр. точки по показ. К2+К3 /макс. 40/	Точки по показа- тел К1 /макс. 60/	Комплексна оценка Макс. 100 т. КО=К1+К2+К3
<b>Обособена позиция № 1</b>				
Първо	„Алмасоник” ЕООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 2</b>				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 3</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 4</b>				
Първо	„Илан Медицинска Апаратура” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 5</b>				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 6</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 7</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 8</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 9</b>				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 10</b>				
Първо	„Илан Медицинска Апаратура” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 11</b>				
Първо	„С&Т България” ЕООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 12</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 13</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис”	40	60	100

	<b>ООД</b>			
<b>Обособена позиция № 15</b>				
Първо	<b>„Илан Медицинска Апаратура” ООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 16</b>				
Първо	<b>„Интер Бизнес 91” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 17</b>				
Първо	<b>„Инфомед” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 19</b>				
Първо	<b>„Софарма Трейдинг” АД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 20</b>				
Първо	<b>„Инфомед” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 21</b>				
Първо	<b>„Алмасоник” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 22</b>				
Първо	<b>„Адитус” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 23</b>				
Първо	<b>„Адитус” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 24</b>				
Първо	<b>„Адитус” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 25</b>				
Първо	<b>„РСР” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
Второ	<b>Обединение по ЗЗД „Аквахим 2020 – Микроскопи”</b>	<b>11.13</b>	<b>59.19</b>	<b>70.32</b>
<b>Обособена позиция № 26</b>				
Първо	<b>„РСР” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 27</b>				
Първо	<b>„Парамедика” ООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 28</b>				
Първо	<b>„Инфомед” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 29</b>				
Първо	<b>„С&amp;Т България” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 30</b>				
Първо	<b>„С&amp;Т България” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 31</b>				
Първо	<b>„Софарма Трейдинг” АД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 33</b>				
Първо	<b>„Инфомед” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Обособена позиция № 34</b>				
Първо	<b>„Интернешънъл Медикъл Дистрибушън” ЕООД</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>



<b>Обособена позиция № 35</b>				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 36</b>				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 37</b>				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 38</b>				
Първо	„Ви енд Ди Сървисис” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 39</b>				
Първо	„МТИ” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 40</b>				
Първо	„Антисел България” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 41</b>				
Първо	„Антисел България” ООД	40	59.73	99.73
Второ	„Биомедика България” ЕООД	31.43	60	91.43
<b>Обособена позиция № 42</b>				
Първо	„Антисел България” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 43</b>				
Първо	„Инфомед” ЕООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 44</b>				
Първо	„Биомедика България” ЕООД	31.43	60	91.43
Второ	„Антисел България” ООД	31.67	39.96	71.63
<b>Обособена позиция № 46</b>				
Първо	„Екос Медика” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 47</b>				
Първо	„Елта 90М” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 48</b>				
Първо	„РСР” ЕООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 49</b>				
Първо	„Елта 90М” ООД	34.38	59.66	94.04
Второ	„Лабимекс” АД	25	60	85
<b>Обособена позиция № 50</b>				
Първо	„Елта 90М” ООД	40	60	100
<b>Обособена позиция № 51</b>				
Първо	„Елпак Лизинг” ЕООД	40	49.98	89.98
Второ	„Елта 90М” ООД	26.13	60	86.13
Трето	„Лабко” ЕООД	11.13	58.42	69.55

#### IV. ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции”, класираните на първо място участници по обособени позиции:

1. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ С КОРЕМЕН И ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР”** за Катедра по „Акушерство и гинекология” – „Алмасоник” ЕООД.
2. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ПОРТАТИВНА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН СОФТУЕР”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Инфомед” ЕООД.
3. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
4. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „СТАНЦИЯ – СИСТЕМА ОТ ПЕРФУЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИНФУЗИЯ”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Илан Медицинска Апаратура” ООД.
5. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „МТИ” ООД.
6. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „РЕСПИРАТОР ЗА ДИХАТЕЛНА РЕАНИМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПАТОЛОГИИ”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
7. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 „ИНТЕНЗИВЕН МОДУЛЕН МОНИТОР”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
8. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН МОНИТОР”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
9. **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 „АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ”** за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „МТИ” ООД.

10. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 „СТАНЦИЯ - СИСТЕМА ОТ ПЕРФУЗОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИНФУЗИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Илан Медицинска Апаратура” ООД.
11. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 „АПАРАТ ЗА ИНВАЗИВНА И НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „С&Т България” ЕООД.
12. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
13. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 „ПАЦИЕНТСКИ МОНИТОР” за Катедра по „Анестезиология и интензивно лечение” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
14. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „СТАЦИОНАРНА ЦИФРОВА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА” за Катедра по „Вътрешни болести” – „Илан Медицинска Апаратура” ООД.
15. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 „СИСТЕМА ЗА КАРДИОЛОГИЧНА ТЕЛЕРЕХАБИЛИТАЦИЯ” за Катедра по „Вътрешни болести” – „Интер Бизнес 91” ЕООД.
16. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 „ВИДЕОГАСТРОСКОП ЗА ДИАГНОСТИЧНА И ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ, СЪВМЕСТИМ С НАЛИЧНИТЕ ВИДЕОЕНДОСКОПСКИ СИСТЕМИ OLYMPUS EVIS EXERA II И OLYMPUS EVIS EXERA III” за Катедра по „Гастроентерология” – „Инфомед” ЕООД.
17. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 „АПАРАТ ЗА ТРАНЗИЕНТНА ЕЛАСТОГРАФИЯ” за Катедра по „Гастроентерология” – „Софарма Трейдинг” АД.
18. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 „КУЛА ЗА ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ С ОПЦИЯ ЗА ИНФРАЧЕРВЕНО НАБЛЮДЕНИЕ С FULL HD КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ВГРАДЕН В СЪЩИЯ МОДУЛ ИЗТОЧНИК НА СТУДЕНА LED СВЕТЛИНА” за Катедра по „Гастроентерология” – „Инфомед” ЕООД.
19. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 „ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ” за Катедра по „Ендокринология” – „Алмасоник” ЕООД.

20. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 „ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА” за Катедра по „Неврология” – „Адитус” ЕООД.
21. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 „TITLE MASA - ЗА ОЦЕНКА НА ОРТОСТАТИЧНИ ПРОМЕНИ” за Катедра по „Неврология” – „Адитус” ЕООД.
22. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 „АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОЗА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕВРОПАТИЯ НА МАЛКИТЕ И АВТОНОМНИ ВЛАКНА” за Катедра по „Неврология” – „Адитус” ЕООД.
23. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП, КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ С ЦИФРОВА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА И СОФТУЕР” за Катедра по „Обща и клинична патология” – „РСР” ЕООД.
24. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 „СЕКЦИЯ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ (ОКОМПЛЕКТОВАНА КОЛОНА – КУЛА)” за Катедра по „Обща и оперативна хирургия” – „РСР” ЕООД.
25. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 „СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО НАБЛЮДЕНИЕ И МОНИТОРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБРАЗИТЕ” за Катедра по „Обща и оперативна хирургия” – „Парамедика” ООД.
26. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 „ВИДЕОЕНДОСКОПСКА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПИЯ В ГОРЕН И ДОЛЕН ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ” за Катедра по „Обща и оперативна хирургия” – „Инфомед” ЕООД.
27. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 „КОМПАКТНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП С-РАМО С ТЪЧ СКРИЙН МОНИТОР И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСПЛЕЙ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА АРТИКУЛИРАЩО РАМО” за Катедра по „Ортопедия и травматология” – „С&Т България” ЕООД.
28. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 „КОМПАКТНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП С-РАМО С ТЪЧ СКРИЙН МОНИТОР И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСПЛЕЙ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА АРТИКУЛИРАЩО РАМО” за Катедра по „Ортопедия и травматология” – „С&Т България” ЕООД.
29. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 „КОМПЮТЪРЕН ПЕРИМЕТЪР” за Катедра по „Офталмология” – „Софарма Трейдинг” АД.



30. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33 „МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА С ДИРЕКТНА АУДИО-ВИЗУАЛНА ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК” за Катедра по „Урология” – „Инфомед” ЕООД.
31. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 „ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП ЗА УНГ И МИКРОХИРУРГИЯ” за Катедра по „Ушни, носни и гърлени болести” – „Интернешънъл Медикъл Дистрибушън” ЕООД.
32. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 „МОДУЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХОВИЯ АНАЛИЗАТОР” за Катедра по „Ушни, носни и гърлени болести” – „МТИ” ООД.
33. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 „АПАРАТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ С 4 АПЛИКАТОРА” за Катедра по „Физикална медицина и рехабилитация” – „МТИ” ООД.
34. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 „МОДУЛ ЗА ЛАЗЕРАКУПНКТУРА МОДЕЛ МРНІ 75 ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА НАЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА MLS ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ МОДЕЛ МРНІ 5” за Катедра по „Физикална медицина и рехабилитация” – „МТИ” ООД.
35. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 „ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛЕН КОМПЛЕКС - МОДУЛ 1 - ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА С ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОТРАНСФЕР И МОДУЛ 2 – ИНТЕГРИРАНА ЛАПАРОСКОПСКА СИСТЕМА 2D/3D FULL HD С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНА ДИАГНОСТИКА” за Катедра по „Хирургия” – „Ви енд Ди Сървисис” ООД.
36. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 „МИКРОСКОПСКА СИСТЕМА ЗА КАРИОТИПИРАНЕ И FISH-АНАЛИЗ” за Катедра по „Медицинска генетика” – „МТИ” ООД.
37. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40 „СИСТЕМА ЗА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ СЕКВЕНИРАНЕ И ВИСОКОЧУВСТВИТЕЛНА И СПЕЦИФИЧНА АМПЛИФИКАЦИЯ НА ДНК В МИКРООБЕМИ – ДООКОМПЛЕКТОВКА КЪМ НАЛИЧНА АПАРАТУРА” за Катедра по „Медицинска химия и биохимия” – „Антисел България” ООД.
38. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 41 „СИСТЕМА ЗА ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (REAL TIME RT-PCR)” за Катедра по „Медицинска химия и биохимия” – „Антисел България” ООД.
39. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 42 „НАСТОЛНА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕКЦИЯ НА КЛЕТКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОПОРАЦИЯ НА КЛЕТКИ,

ТИП "ЕЛЕКТРОННА ПИПЕТА"" за Катедра по „Медицинска химия и биохимия” – „Антисел България” ООД.

40. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 43 „МИКРОСКОП ТИП КОНФИГУРАЦИЯ ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ С "ОПТИКА, КОРИГИРАНА ДО БЕЗКРАЙНОСТ"" за Катедра по „Вътрешни болести” – „Инфомед” ЕООД.
41. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 „АПАРАТ ЗА МУЛТИПЛЕКСЕН ГЕНОМЕН И ПРОТЕОМЕН БИОМАРКЕРЕН АНАЛИЗ” за Катедра по „Клинична имунология” – „Биомедика България” ЕООД.
42. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 46 „СИМУЛАТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРФУЗИОНИСТИ” за Катедра по „Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” – „Екос Медика” ООД.
43. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 47 „НАСТОЛЕН СЕКВЕНАТОР ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ, ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА С ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ НА МИКРООРГАНИЗМИ” за Катедра по „Медицинска микробиология” – „Елта 90М” ООД.
44. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 „УЧЕБЕН МИКРОСКОП” за Катедра по „Биология” – „РСР” ЕООД.
45. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 „УЛТРАЗВУКОВ ХОМОГЕНИЗАТОР” за Катедра по „Физиология” – „Елта 90М” ООД.
46. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 „СИСТЕМА ЗА ОБДИШВАНЕ НА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ” за Катедра по „Физиология” – „Елта 90М” ООД.
47. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 „ОКОМПЛЕКТОВАНА СИСТЕМА ЗА ИНДИРЕКТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ И ПУЛС НА МАЛКИ ОПИТНИ ЖИВОТНИ” за Катедра по „Физиология” – „Елпак Лизинг” ЕООД.

#### **V. ПРЕКРАТЯВАМ**

1. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП обособени позиции №№ 14, 18 и 32, поради това, че за тези обособени позиции няма подадени оферти.

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от неговото получаване, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията  
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18  
Електронна поща: [cpcadmin@cpc.bg](mailto:cpcadmin@cpc.bg)  
[http:// www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците в процедурата и в същия ден да се публикува в профила на купувача на Медицински университет – София към електронното досие на процедурата под № 00398-2020-0003 заедно с Протоколи № 2, № 3 и Доклада от работата на комисията на следния електронен адрес <http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2020-0003>

Заличено на осн. чл.37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент  
(ЕС) 2016/679

РЕКТОР:

/проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм/

