

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА - СПЕЦИФИКАЦИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------|------------|
| Наименование на артикула | Изисквания на възложителя /пълно описание/ | Мярка | Количество |
| Система за дентална цифрова рентгенография | PSP система - фосфорни плаки: | бр. | 2 |
| | 1. Дигитайзер – 1 бр. - време за разчитане на изображението максимум 10 сек. - системата (плаки + дигитайзер) трябва да е с минимална реална (не теоретична) разделителна способност минимум 16 LP/mm. - интерфейс - ethernet минимум 100 Mbps - автоматично изчистване на изображението от плаката след сканиране | | |
| | 2. Фосфорни плаки: - размер 1 - еквивалентна на конвенционални филми с размери 2/3 см – 2 бр. - размер 2 - еквивалентна на конвенционални филми с размери 3/4 см – 4 бр. - размер 4 - еквивалентна на конвенционални филми с размери 5/7 см – 2 бр. | | |
| | 3. Държатели - позиционери за плаките Комплект съдържащ държатели за фронтални и дъвкателни зъби и bite wing – 3 бр. | | |
| | 4. Хигиенни пликкове за плаките с размер, съответстващ на размера на предлаганите плаки, както следва: - за плаки размер 1- 250 бр. - за плаки размер 2 - 1500 бр. - за плаки размер 4 – 50 бр. | | |
| 5. Софтуер към дигитайзерите - софтуерни драйвери за дигитайзерите - TWAIN драйвери и TWAIN лиценз включени - да поддържа мрежова инсталация тип „клиент-сървър“ - подържана операционна система минимум win7/ win8/ - подържан формат на изображенията: минимум JPEG/TIFF/DICOM - DICOM 3 поддръжка включително: = DICOM import / export = DICOM DIR media storage = DICOM Print = DICOM Storage = DICOM Worklist = DICOM query / retrieve - отключени потребителски лицензи за клиентските инсталации за предлагания софтуер – минимум 50 бр. | бр. | 1 | |

Забележка: 1. Посочените количества в колона 2 - „Изисквания на възложителя /пълно описание/“ (точки 1, 2, 3, 4) се отнасят за 1 /един/ брой Система за дентална цифрова рентгенография.

2. Софтуерът към дигитайзерите е един общо за двете системи.

3 Броят на лицензите за клиентските инсталации се отнася общо за двете системи.