

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Относно: Поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет:  
„Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2015г в  
Медицински факултет при Медицински университет-София”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка, на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

**ВЪПРОС:** Относно поз. 3 и поз. 15 от раздел 2. КАТЕДРА "Медицинска физика и биофизика", моля, уточнете с колко гърла трябва да бъде Вулфовата банка-едно, две или три гърла, както и вида, който изисква Възложителя дали да бъде без или с извод/кран на шлиф в долната част на банката.

**ОТГОВОР:** Волфовите банки да са с едно гърло, но с указания обем с извод/кран на шлиф в долната част на банката.

**ВЪПРОС:** Относно поз. 20 и поз. 21 от раздел 5:

20	Колби-мерителни на шлиф, 4000 мл
21.	Колби-мерителни на шлиф 6000 мл

Моля, да уточните вида на изискуемите колби-дали са мерителни или стоящи колби, като се вземе под внимание, че най-големите два обема на мерителни колби, които се предлагат на пазара са от 2000 мл и 5000 мл.

**ОТГОВОР:** Мерителни колби от 2000мл на шлиф и стоящи от 5000мл

**ВЪПРОС:** Относно поз. 1 от раздел б и 7: изискуемите стъкла - матирани в единия край или трябва да бъдат изцяло матирани?

1.	Предметни стъкла двустранно матирани, 50 бр.в опаковка
1.	Предметни стъкла матирани, 50 бр.в опаковка

ОТГОВОР: Поз.1 от раздел 6: предметни стъкла матирани в единия край , но от двете страни  
поз.1 от раздел 7 -матирани в единия край

ВЪПРОС: Относно пипети от поз. 2,3,4,5 - раздел последен:

2.	Пипети Asumax Pro 0.5-10 мкл
3.	Пипети Asumax Pro 20-200 мкл
4.	Пипети Asumax Pro 10-100 мкл
5.	Пипети Asumax Pro 100-1000 мкл

Възложителя е посочил конкретна марка пипети , насочваща само към едни производител. Тъй като това е в разрез с основните принципи при възлагане на обществени поръчки, цитирани в чл.2 от ЗОП и съгласно чл. 25, ал. 5 „ Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки", моля Възложителя да отговори дали ще приеме еквивалентна алтернатива.

ОТГОВОР: ДА. Възложителят ще приеме еквивалентна алтернатива, тъй като е имал предвид тип пипета, а не конкретен производител.

РЕКТОР:

/Акад.проф.д-р **БАНЬО МИЦЕВ**, дм, дбн/

