

**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА -  
СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Наименование на артикула	Изисквания на възложителя /пълно описание	Вид/мярка	Количество во / брой/
<b>Система за дентална цифрова рентгенография</b>	<p>PSP система (photostimulable storage phosphor plate) – плаки, покрити с фоточувствителен фосфорен слой, която включва:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Плаки (phosphor plates), които са с големина, еквивалентни на стандартни филми с размери:<ul style="list-style-type: none"><li>• 2/3 см – 4 бр.;</li><li>• 3/4 см – 8 бр.;</li><li>• 5/7 см – 3 бр.</li></ul></li><li>2. Дигитайзер за обработване на плаки с гореупоменатите размери. Системата (плаки + дигитайзер) трябва да е с минимална реална (не теоретична) разделителна способност по-голяма от 16 LP/mm.</li><li>3. Компютърна конфигурация, с технически параметри минимум два пъти над минималните изисквания на производителя на PSP системата и съвместима със софтуера ѝ.<ul style="list-style-type: none"><li>• записващо CD + DVD устройство</li><li>• минимум шест USB входа/изхода, като поне два от тях да са на предния панел.</li><li>• монитор с диагонал не по малък от 20 инча, Full HD резолюция 1920 x 1080 и матрица минимум PVA.</li></ul></li><li>4. Държатели за плаките (съвместими с PSP системата, посочена в т. 1 и т. 2):<ul style="list-style-type: none"><li>• държатели за паралелна техника – 10 бр. (5 за предни зъби и 5 за задни зъби);</li><li>• държатели за „bite wing“ техника – 6 бр.</li></ul></li><li>5. Полиетиленови пликосе за еднократна употреба, подходящи за плака с размер:<ul style="list-style-type: none"><li>• 5/7 см – 500 бр.;</li><li>• 3/4 см – 30 000 бр.</li></ul></li></ol>	бр.	<b>2</b>