

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка постъпило писмено искане от лице, съдържащо въпрос за разяснение по чл.189 от ЗОП, във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи по проект ФНИ Б02/242 на тема: „Генетично изследване на ендотипи при биполярно афективно разстройство“ Договор ДФНИ Б02/6 от 12.12.2014г., финансиран от ФНИ, МОН с ръководител проф.д-р Вихра Миланова, дмн по 7 обособени позиции», в законоустановения срок давам следното разяснение:

#### **Въпрос:**

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка бихме искали да получим следното разяснение по Техническата спецификация:

1. Приложение №1 Техническа спецификация, обособена позиция №6 „Консумативи за система за ултрачиста вода Smart2Pure”

Възложителят не е посочил конкретен модел на система за ултрачиста вода Smart2Pure.

Моля Възложителят да конкретизира кой е модела на системата за ултрачиста вода Smart2Pure или каква е производителността му, за да бъдат оферирани точните консумативи.

#### **Отговор:**

Моделът на системата за ултрачиста вода е Smart2Pure 6 UV/UF с дебит 0.6 L/min на 18.2 MQxcm вода при 25°C и вместимост на резервоара от 6 L.

МГ/БА

РЕКТОР:  
/проф.д-р Виктор Златков, дм/

